

Do wiadomości:
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

dot. PAKIET NR 12 Pozycje 1, 5, 6, 13, 20, 24, 27, 28, 32 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na dodatkowy podział pakietów.

Pytanie nr 2 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu cystoskopii wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m² w następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm¹ serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem (Ø 7cm), z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe, osłoną na palec i torbą do zbierania płynów (z sitem) 150 x 200 cm¹ taśma samoprzylepna 10 x 50 cm⁴ ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch posiada dodatkowe nieprzemakalne, oddychające wzmocnienia w rękawach. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tylnej części fartucha to w 100% nieprzemakalna folia PE.

Fartuch wiązany z tyłu na troki?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 4 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego, niejałowego wykonanego z włókniny 100% PP w kolorze niebieskim, wiązanego na troki, mankiety ściągane lekko gumką?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 40 g./m² o odporności na penetrację płynów 34,7 cm H₂O odporność na rozerwanie na sucho 285 kPa rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego, niejałowego wykonanego z foliowanej włókniny w kolorze białym, wiązany na troki, mankiety lekko ściągane gumką?_W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 7 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 40 g./m² o odporności na penetrację płynów 34,7 cm H₂O odporność na rozerwanie na sucho 285 kPa rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, obszar wzmocniony o gramaturze 38 g/m² odporności na penetrację płynów 133,9 cm H₂O odporność na rozerwanie na sucho 345 kPa?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania męskiego ubrania chirurgicznego dwuczęściowego (koszula i spodnie) wykonanego z włókniny SMMS w kolorze niebieskim. Bluza z krótkim rękawem, przy szyi wycięcie V, na dole bluzy 2 kieszenie, spodnie w talii ściągane trokiem, nogawki spodni bez ściągacza?

Odpowiedź: NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania damskiego ubrania chirurgicznego dwuczęściowego (koszula i spodnie) wykonanego z włókniny SMMS w kolorze różowym. Bluza z krótkim rękawem, przy szyi wycięcie V, na dole bluzy 2 kieszenie, spodnie w talii ściągane trokiem, nogawki spodni bez ściągacza?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 11 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, pakowany w kartonik a 100 szt.?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Lub Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole, pakowany w kartonik a 60 szt.?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka wykonanego z włókniny o gramaturze 14 g/m² typu beret ściąganego gumką, pakowany w kartonik a'130 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 50cm x 50cm wykonanej z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 54 g/m² o odporności na penetrację płynów > 150 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho > 250 kPa?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 50cm x 60cm z otworem Ø 7cm wykonanej z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 54 g/m² o odporności na penetrację płynów > 150 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho > 250 kPa?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do artroskopii kolana wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m² o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho >200 kPa o następującym składzie:1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm1 serweta operacyjna 150 x 175 cm1 osłona na kończynę 25 x 80 cm1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Serweta posiada samouszczelniające się, elastyczne otwory

200 x 320 cm; Ø 7x5 cm Ø 5 cm1 rurka drenowa 130 cm2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 16 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji brzusznych wykonanego z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m² o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho > 200 kPa o następującym składzie:1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm1 serweta operacyjna 75 x 90 cm2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha zabiegowego, niejałowego wykonanego z włókniny foliowanej w kolorze białym, wiązany na troki, mankiety lekko ściągane gumką?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Lub

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS ze wstawkami nieprzemakalnymi z przodu fartucha i w rękawach, mankiety wykończone poliestrowym ściągaczem, troki umieszczone w specjalnym kartoniku umożliwiającym ich zawiązanie z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuści również.

Pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła higienicznego z dwuwarstwowej bibuły ze spodem z tworzywa sztucznego o rozmiarze 80cm x 210cm w kolorze zielonym?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 18 dot. PAKIETU NR 12


Pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny PP o gramaturze 38 g/m² o długości rękawa 55 cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowanie w następującym składzie:

Ilość



Komponent

1	Serweta nieprzylepna 45x75
1	Serweta nieprzylepna 75x90 z otworem 10cm
1	Kleszczyki Kocher plastikowe 14cm
1	Pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
5	Kompres z gazy 7,5x7,5 8w 17n
4	Tupfer z gazy wielkości śliwki
1	Strzykawka Luer 20ml
1	Żel poślizgowy Instila Gel 2,7g
1	Woda destylowana 20ml
1	Para rękawiczek diagnostycznych - winylowe - bezpudrowe - R
1	L
1	Igła 1,2x40mm 18G

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR w następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 serweta z oknem (8 x 12 cm) i sitem (22 x 22 cm) 100 x 230 cm 2 osłony na nogi długie 75 x 120 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. PAKIETU NR 12

Pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 315 x 250 cm, okno 19 x 28 cm 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm , 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

dot. pakietu Nr 1 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu foliowym, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.

Pytanie Nr 23

dot. pakietu Nr 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zawór o przepływie 360 ml/min. pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24

dot. Pakiet nr 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik Pазzer wykonany z lateksu kauczuku naturalnego z dwoma otworami

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25

dot. Pakiet nr 5 poz.5 Czy Zamawiający dopuści dren Redona zwinięty, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.

Pytanie Nr 26

dot. Pakiet nr 5 poz.6 Czy Zamawiający dopuści dren Kerh o długości całkowitej 70 cm i dł. ramion 8 cm lub długości całkowitej 76 cm i dł. ramion 15 cm pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27

Pakiet Nr 7 Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 7 nr 32 – okulary do fototerapii oraz utworzenie odrębnego pakietu.

Uzasadnienie: Nasza firma specjalizuje się w dystrybucji lamp do fototerapii oraz akcesoriów takich jak okulary do fototerapii odpowiadające, jakością i parametrami zawartymi przez Państwa w specyfikacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie nie możemy Państwu zaproponować produktów z pozostałych pozycji. W jednym pakiecie zawarłicie Państwo artykuły o różnym zastosowaniu z dość rozbieżnej gamy produktów, co uniemożliwia nam na chwilę obecną złożenie korzystnej dla Państwa oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 28

Pakiet Nr 7 poz. 32 Prosimy o dopuszczenie okularków do fototerapii w kształcie litery Y, pasującego do każdego rozmiaru główki posiadające elastyczne mocowania na rzepy z delikatnego materiału nie zawierającego lateksu. Uprzejmie również o wskazanie rozmiarów oraz ilości okularków do fototerapii, których Państwo wymagacie:

- Noworodki 30 – 38 cm
- Wcześniejsi 24 -33 cm
- Mikro 20 – 28 cm

Wiodący Producent na rynku medycznym, którego produkt chcielibyśmy Państwu zaoferować, uzależnia rozmiar okularków od odvodu główki dziecka

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.

Rozmiar – noworodki 30- 38 cm .Ilość wskazana w siwz.

Pytanie Nr 29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia badań klinicznych.

Odpowiedź: Nie

UWAGA:

Informujemy o zmianie konta Zamawiającego.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Rozdziału VIII, ust.3 SIWZ i otrzymuje brzmienie:

„ 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. O/Częstochowa 25 2030 0045 1110 0000 0184 0230 z dopiskiem Wadium – Dostawa Sprzętu Jednorazowego Użytku”

Podpisał
z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno – Technicznych
Piotr Kaczmarczyk