

Częstochowa dnia 10.08.2011 r.

MZS.ZP.3411/16-5/11

**Do wiadomości:**  
**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Zespólnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §3 ust. 6 wzoru umowy zastrzeżenia, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie niezmienna.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu umowy § 3 ust 6 na: Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub w związku ze zmianą cen urzędowych. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT lub cen urzędowych. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie niezmienna.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych w dostawie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 9 ust. 1 poprzez dodanie zdania drugiego następującej treści: Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4 - Pakiet 16; pozycja 4:**

W przypadku zaferowania cewnika Swana Ganz a do Termodylucji, wyposażonego z osłonką z nasadką mocującą do wprowadzania cewnika, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie introduktora do zakładania cewnika bez osłonki i nasadki mocującej w zestawie.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 13**

Dotyczy pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu oddechowego o maksymalnej długości 180 cm, z dodatkową gałęzią o długości 120 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli producentom sprzętu medycznego na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Według Zamawiającego powyższe pytania dotyczą pakietu nr 15.**

**Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 13**

Dotyczy pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy sterylny z kapturkiem dołączonym do zestawu?.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 13**

Dotyczy pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z przewodem dłuższym od wymaganego?.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści również nebulizator z przewodem o długości maksymalnej 2 m.**

**Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 4**

Prosimy o wydzielenie poz. 5,6,7 i 8 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej liczby korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 4 - Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 240 mm i teksturowane na całej powierzchni (palce i część dłoniowa)?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 4 - Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni (palce i część dłoniowa)?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie nr 11 - dot. Pakietu nr 4 - Pozycja 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do ofert raportu z badań na przenikanie wirusów zgodnie z ASTMF?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do ofert raportu z badań.**

**Pytanie nr 12 - dot. Pakietu nr 4 - Pozycja 8**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowania na opakowaniu informacji o braku substancji DEPH?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowania na opakowaniu informacji o braku substancji DEPH.**

**Pytanie nr 13 - pakiet 1, pozycja 8-10**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 14, pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niebieską niezmywalną skalą?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 15, pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą 2ml – 2,5ml, 5ml – 5,6ml, 10ml – 12ml, 20ml – 23ml?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 16, pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z podwójnym uszczelnieniem tłoka?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 17, pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 1 nasadką luer?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 18, pakiet 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 1ml?.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 19, pakiet 2, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 20, pakiet 2, pozycja 11-15**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o długości 90mm?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 21, pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu żylnego z niebieską membraną?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 22, pakiet 3, pozycja 5-6**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 23, pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 22G o przepływie 36ml/min?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 24, pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G o przepływie 95ml/min?.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 25, pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G o przepływie 200ml/min?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 26, pakiet 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z samo domykającym się korkiem portu bocznego z 3 paskami RTG z plastikową końcówką chroniącą przed zakłuciem?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 27, pakiet 3, pozycja 5**

Wnosimy o odstąpienie od poparcia badaniami klinicznymi biokompatybilności materiału, z której mają być wykonane kaniule dożylnie ?

Wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i nie stanowi żadnej wykładni, chociażby z tego powodu, że Zamawiający nie określił z jakich, powołanych do tego typu badań jednostek badawczych, winny pochodzić te badania, a tym samym nie zapewnił jednakowych warunków dla wszystkich Wykonawców /do czego przecież zobowiązany jest Zamawiający/, czym naruszył Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Wymóg ten może więc skłaniać ku stwierdzeniu, iż ma on na celu tylko i wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, a tym samym naruszenie fundamentalnych zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 28, pakiet 4, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o długości 240mm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 29, pakiet 4, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 30, pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z 2 otworami o długości 35cm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 31, pakiet 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany w formie zwiniętej?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 32, pakiet 5, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z miękkiego lateksu o długości ramion powyżej 10cm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 33, pakiet 5 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran z 1 drenem Redona?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 34, pakiet 5, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych przezroczysty z naprzemianległymi otworami?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 35, pakiet 5, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do niskociśnieniowego drenażu ran wyposażony w: komorę ciśnieniową 250ml, worek odłączalny wymienny 500ml, dren łączący oraz dren Redona?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 36, pakiet 5, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką zagiętą?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 37, pakiet 5, pozycja 25**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 38, pakiet 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne silikonowane (pokryte silikonem) przezroczyste?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 39, pakiet 7, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu sterylny, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 40, pakiet 7, pozycja 23, 32**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 41, pakiet 7, pozycja 41-42**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 42, pakiet 7, pozycja 52-53**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 43, pakiet 7, pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzielin z drzewa oskrzelowego o pojemności 10ml lub 40ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, dla pojemności 40 ml.**

**Pytanie 44, pakiet 7, pozycja 56**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 45, pakiet 7, pozycja 56-60**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie

naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.**

**Pytanie 46, pakiet 7, pozycja 61**

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z jednoświatłowym dren, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 47, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Dufour wykonany z lateksu silikonowanego?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 48, pakiet 8, pozycja 4-5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy wykonany z lateksu silikonowanego?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 49, pakiet 10, pozycja 1-8**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu**

**Pytanie 50, pakiet 11, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści elektrody na gąbce polietylenowej o średnicy 50mm z taśmą?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 51, pakiet 11, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na gąbce polietylenowej w rozmiarze 42x56?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 52, pakiet 11, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na gąbce polietylenowej o średnicy 43mm lub w rozmiarze 43x46mm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 53, pakiet 12, pozycja 1,2,6-9, 16-18, 20-22, 24, 29, 31**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu**

**Pytanie 54, pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o składzie: prześcieradło 210x150cm, poszwa na kóldrę 210x160cm, poszewka na poduszkę 70x80cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 55, pakiet 12, pozycja 6-7**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony bawełnianym mankietem?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 56, pakiet 12, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany osobno?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 57, pakiet 12, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny foliowanej wzmocniony w części przedniej i na rękawach?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 58, pakiet 12, pozycja 17,18**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 59, pakiet 12, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufixowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem


1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?



**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 60, pakiet 12, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.


2 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?





**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 61, pakiet 12, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.


2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?



**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 62, pakiet 12, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 40x42cm, łatwa w aplikacji, z nieodrywającymi fingerliftami wykonaną z foli poliuretanowej o grubości 0,03mm?

**Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 63, pakiet 12, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści czy zamawiający dopuści serwetę w kształcie worka, w rozmiarze 80x140cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwetki?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 64, pakiet 12, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho 108 kPa, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Podpisał:  
Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno – Technicznych  
Piotr Kaczmarczyk