

Nr sprawy – MSZ.ZP.3411/22/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie” – III Etap” z podziałem na 6 pakietów.

(Kod CPV – 33.10.00.00-1, 33.19.41.10- 0, 33.12.32.30-9, 33.12.42.00-7, 33.12.15.00-9, 33.19.30.00-9)

**dla:
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego
z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Mirowskiej 15
42-200 Częstochowa**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony

z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 - 200 Częstochowa

NIP: 949 17 63 544, REGON: 151586247 tel. 34/370 21 25, tel./faks 34/370 21 35

e-mail zp@zsm.czest.pl lub zp2@zsm.czest.pl, strona internetowa www.zsm.czest.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ileokroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- „SIWZ” – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekazywaną Wykonawcom, w której Zamawiający określa zasady i warunki udzielenia zamówienia;
- „Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmian.)
- „UZP” – należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych,
- „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
- „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
- „zamówieniu publicznym” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem są **dostawy**.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 39 – 46 w trybie przetargu nieograniczonego.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MSZ.ZP 3411/22/2011. Wykonawcy Zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” – III Etap z podziałem na 6 pakietów:
 - 1) **Pakiet Nr I**
 - a) Pompy infuzyjne strzykawkowe
 - b) Rolki do przesuwania chorych
 - c) Ssak elektryczny
 - 2) **Pakiet Nr II** Aparat EKG z wózkiem
 - 3) **Pakiet Nr III** Wózek do przewożenia chorych
 - 4) **Pakiet Nr IV** Aparat KTG
 - 5) **Pakiet Nr V** Diatermia Chirurgiczna
 - 6) **Pakiet Nr VI** Stacja technika RTG
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami i parametrami technicznymi został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy- Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca zobowiązany jest się dołączyć do składanej oferty pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których to jasno

będzie wynikało, że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji.

5. Wykonawca zapewni minimum 24 miesięczną gwarancję na dostarczony sprzęt oraz zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko winien dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany uruchomić dostarczony sprzęt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego, oraz zobowiązuje się do założenia paszportów technicznych na dostarczone urządzenia.
8. Oferowane urządzenia mają posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty.
9. Oferowany asortyment musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).
10. Wykonawca podpisze oświadczenie, że zaoferowany przez niego sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości zamówienia przez podwykonawców. Oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia realizowanego przez podwykonawcę.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Miejsce realizacji zamówienia:
**SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Mirowskiej 15**

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne zadania tj. Wykonawca może złożyć ofertę na pojedynczy pakiet, w którym muszą być wypełnione wszystkie pozycje.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - **6 tygodni od daty podpisania umowy.**

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP oraz spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
i wobec, których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VIII SIWZ.
3. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuconiem jego oferty), z zastrzeżeniem art.26 ust.3 Pzp.
4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamawianych dostaw, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U 2009 r., Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
- 1) oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 - a) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, że Wykonawcy wykonali/wykonują (w przypadku świadczeń okresowych), co najmniej dwie dostawy o wartości nie niższej niż od wartości brutto składanej oferty: Do oferty należy dołączyć stosowną informację - z podaniem wartości, zakresu dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie.
 - b) aktualnego świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywna opinia o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności CE – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2010 Nr 107, poz.679) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania w/w dokumentów.
- Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa dokumenty potwierdzające,

iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

c) W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawca musi dołączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia odpowiedniej do wartości przedmiotu zamówienia. (wartości brutto składanej oferty)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów;

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Oprócz wymienionych dokumentów do składanej oferty należy dołączyć:

- 1) wypełniony i podpisany formularz asort.- cenowy (pakiet I -VI) stanowiący zał. nr 1
- 2) wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący zał. nr 2
- 3) podpisane oświadczenie z art.22 stanowiący zał. nr 3
- 4) podpisane oświadczenie z art.24 stanowiące zał. nr 4
- 5) oświadczenie o atestach stanowiący zał. nr 5
- 6) oświadczenie o podwykonawcach stanowiący zał. nr 6
- 7) zaakceptowany projekt umowy stanowiący zał. nr 7
- 8) Wykaz wykonanych dostaw stanowiący zał. nr 8

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do prezentacji Wykonawcy.

Ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Wykonawcy zgodnie z art. 23 Pzp mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze współników musi złożyć wymienione dokumenty. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależytego wykonania zamówienia, określona w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Wykonawcy zagraniczni.

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składają dokumenty zgodnie z warunkami określonymi w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

UWAGA:

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, **nie później niż na dzień składania ofert** spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.2, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

- W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunków zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „spełniony”
- W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane pisemnie, faksem pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom na pisemne zapytanie każdego z nich oraz umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zapytania należy kierować na adres:
**SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
w Częstochowie, ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa nr faksu : 34/370 21 35**
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania wszystkim Wykonawcom, oraz umieści na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja (www.zsm.czest.pl).
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej www.zsm.czest.pl. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 3
9. Upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
Kierownik Działu Logistyki – Cezary Kołek tel. 34/370 21 25
W sprawach formalnych
Sekcja Zamówień Publicznych – Grażyna Harciarek tel. faks 34/370 21 35
Sposób porozumiewania się wymaga formy pisemnej.
10. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy Pzp,
11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W związku z tym, że wartość prowadzonego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp, Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zmian.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazanie jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
5. Oferta powinna być oznakowana w sposób następujący:
Oferta przetargowa na „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie – III Etap. Nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 24.10.2011 r.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w do dnia **24.10.2011 r.** do godz. **10.00** w Sekretariacie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon G, pokój nr 17).
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu, co odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. Na żądanie Oferenta wydaje się pokwitowanie złożonej oferty.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebrany kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, poprzednio złożoną ofertę, zmienić lub wycofać. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Oferty zostaną otwarte w dniu **24.10.2011 r.** o godz. **10.30** w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon G, pokój nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji Przetargowej.
9. Podczas otwarcia komisja odczyta nazwę oraz adres Oferenta i cenę oferty, termin wykonania, warunki płatności i okresy gwarancji zawarte w ofertach.
10. Na wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te zostaną niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumieć będzie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
2. Cena netto i cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie.
3. Oferta winna zawierać: ostateczną sumaryczną jednostkową cenę netto oraz cenę

brutto przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna cena uwzględniająca wszystkie zobowiązania i nie będzie podlegać negocjacom.
6. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XV. SPOSÓB ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Tryb oceny ofert:

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
- 2) Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności ofert.

Oferty niespełniające wymagań określonych ustawą Pzp i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:

W II etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

1. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej : **Cena - 100 %**
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych uzyska – 100 punktów
 Pozostałe proporcjonalnie mniej wg. formuły:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \quad \times 100\% = X \text{ pkt}$$

C _b	cena oferty badanej
C _n	najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
100	wskaźnik stały
100%	kryterium ceny

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania – otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

4. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych i w SIWZ, oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość punktów.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

1. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Z Wykonawcą, któryłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, (której projekt stanowi załącznik do SIWZ) z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostanie przekazane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Termin ten może ulec zmianie, jeżeli w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala.
2. Zamawiający po zatwierdzeniu wyników przekaże wszystkim Wykonawcom oraz ogłosi publicznie w swojej siedzibie nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą oraz cenę wybranej oferty, a także wszystkie inne informacje, o których mowa w art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Jeżeli Wykonawca zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, uchylał będzie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie

- z treścią art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że znajdą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy PZP:
- 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, skutkującą sukcesją generalną.
 - 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ.
 - 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
6. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „środki ochrony prawnej” Pzp.
2. W związku z tym, że wartość prowadzonego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, w przedmiotowym postępowaniu wniesienie odwołania przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj. czynności dotyczących:
 - 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego

Załączniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Opis przedmiotu zamówienia | stanowiący zał. nr 1 |
| 2. Formularz oferty | stanowiący zał. nr 2 |
| 3. Oświadczenie z art.22 | stanowiący zał. nr 3 |
| 4. Oświadczenie z art.24 | stanowiące zał. nr 4 |
| 5. Oświadczenie o atestach | stanowiący zał. nr 5 |
| 6. Oświadczenie o podwykonawcach | stanowiący zał. nr 6 |
| 7. Zaakceptowany projekt umowy | stanowiący zał. nr 7 |
| 8. Wykaz wykonanych dostaw | stanowiący zał. nr 8 |

Zatwierdził:
z up. Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno – Technicznych
Piotr Kaczmarczyk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**PAKIET NR I**Nazwa przedmiotu zamówienia: **Pompa infuzyjna strzykawkowa – 4 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Wymiary zewnętrzne (190 x 100x 120) [+/- 5mm]	Tak	
2.	Masa z akumulatorem do 1,5kg	Tak	
3.	Składany uchwyt do przenoszenia	Tak	
4.	Niezależny, odłączalny od pompy uchwyt mocujący do rur pionowych i poziomych, szyn przyściennych lub łózka	Tak	
5.	Zatraskowy mechanizm przyłączania i odłączania pompy od uchwytu mocującego	Tak	
6.	Możliwość łączenia pomp między sobą w pionie i przenoszenia w grupach po 3 szt. bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia	Tak	
7.	Możliwość ustawiania pomp jedna na drugiej	Tak	
8.	Wybór strzykawk 20 i 50 ml	Tak	
9.	Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed przypadkowym zalaniem	Tak	
10.	Wbudowany akumulator ładujący się w trakcie pracy pompy	Tak	
11.	Wbudowany zasilacz sieciowy	Tak	
12.	Maksymalny czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym podać prędkość przepływu ml/h min. 10 godzin przy przepływie 10 ml/h	Tak	
13.	Możliwość zasilania z instalacji karetki	Tak	
Parametry pracy			
14.	Zakres prędkości podaży ml/h (min-max) dla jakich wielkości strzykawk 0,1-99,9 ml/h co 0,1ml	Tak. Podać	
15.	Dokładność podaży min.+/- 2 %	Tak	
16.	Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymywania pracy pompy	Tak	
17.	Programowanie objętości całej infuzji 0,1 – 999,9 ml	Tak	

18.	Możliwość monitorowania objętości całej infuzji	Tak	
19.	Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji [bar] (opis)	Tak	
20.	Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży	Tak	
Parametry bolusa			
21.	Dawka uderzeniowa (bolus), wielkość do 50 ml	Tak	
22.	Prędkość podaży dawki uderzeniowej – bolusa 800 ml/h	Tak	
23.	Kontrola objętości podawanej dawki uderzeniowej - bolusa w czasie jej infuzji	Tak	
24.	Możliwość podania dawki uderzeniowej – bolusa bez zatrzymywania infuzji	Tak	
Wyświetlacz			
25.	Wyświetlacz tekstowy, komunikaty w jęz. polskim	Tak	
26.	Rozmiar wyświetlacza	Opis	
27.	Wyświetlane informacje: Typ i wielkość strzykawki, prawidłowość umocowania strzykawki, prędkość przepływu, praca pompy, podana objętość, alarm okluzji, zasilanie z sieci lub akumulatora, poziom naładowania akumulatora, przyczyna alarmu.	Tak	
Klawiatura			
28.	Klawiatura numeryczna	Tak	
System zabezpieczeń			
29.	Automatyczne rozpoznanie typu , wielkości strzykawki i prawidłowego zamocowania	Tak	
30.	Możliwość ręcznego wyboru poziomu alarmu okluzji: 0,3/0,6/1,2 bar	Tak	
31.	Alarm niewłaściwego zamocowania strzykawki	Tak	
32.	Automatyczna redukcja zgromadzonej objętości bolusa po uruchomieniu się alarmu okluzji	Tak	
33.	Alarmy wstępne: 3 minuty przed opróżnieniem strzykawki, 30 minut przed rozładowaniem akumulatora	Tak	
34.	Alarmy wizualne i akustyczne z automatycznym zatrzymaniem podaży: nieprawidłowe zamocowanie strzykawki, okluzja, koniec wlewu, pusta strzykawka, rozładowany akumulator	Tak	
35.	Wezwanie personelu	Tak	
36.	Inne alarmy	Opis	
Inne cechy			
37.	Licznik całkowitego czasu pracy pompy, przetoczonej objętości.	Tak	
Eksploatacja			
38.	Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	
39.	Możliwość wymiany oprogramowania za pomocą złącza RS 232	Tak	

40.	Stopień ochrony	min BF	
41.	Klasa ochrony przed wilgocią	IP 22	
42.	CE (podać nr certyfikatu)	Tak	
43.	ISO (podać nr certyfikatu)	Tak	
44.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Rolki do przesuwania chorych – 2 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Wymiary 64cm x 36cm x 4cm (+/-2cm)	TAK	
2.	Waga do 3,5 kg	TAK	
3.	Obciążenie maksymalne 150 kg	TAK	
4.	Przenośnik rolkowy wyposażone w cztery wałki i taśmę nośną	TAK	
5.	Taśma nośna wykonana z materiału łatwo zmywalnego odpornego na dezynfekcję powierzchniową.	TAK	
6.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK PODAĆ	

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Ssak elektryczny – 1 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Praca w trybie ciągłym i przerywanym	TAK	
2.	Wydajność > 29l/min	Tak. Podać	

3.	Zakres regulacji podciśnienia do 0,8 bar	Tak	
4.	Pojemność słoï ssących 2-3 l	TAK	
5.	Głośnośç max 46 dB	TAK	
6.	Wymiary 260x360x350 (+/- 10 mm)	Tak. Podać	
7.	Wózek w komplecie	Tak	
8.	Masa własna ssaka 4,2 kg	Tak	
Eksplloatacja			
9.	Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	
10.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	
11.	CE (podać nr certyfikatu)	Tak	
12.	ISO (podać nr certyfikatu)	Tak	

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winne być zaznaczone informacje potwierdzające spełnianie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia paramentów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany w Pakiecie Nr I sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.)

**podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo**

=====

PAKIET NR IINazwa przedmiotu zamówienia: **Aparat EKG z wózkiem – 2 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Automatyczna analiza i interpretacja	Tak	
2.	Praca w trybie Auto lub Manual	Tak	
3.	Sygnal EKG: 12 odprowadzeń	Tak	
4.	Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna	Tak	
5.	Kolorowy ekran TFT min. 5,7 cala	Tak	
6.	Panel dotykowy	Tak	
7.	Prezentacja na ekranie przebiegu z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG	Tak	
8.	Wydruk na papierze 112 mm	Tak	
9.	Wydruk bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce	Tak	
10.	Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów	Tak	
11.	Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv	Tak	
12.	Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s	Tak	
13.	Baza pacjentów z pamięcią min. 500 badań	Tak	
14.	Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB	Tak	
15.	Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału	Tak	
16.	Detekcja stymulatora serca	Tak	
17.	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu	Tak	
18.	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń	Tak	
19.	Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego	Tak	
20.	Cyfrowy filtr pływania izolinii	Tak	
21.	Interfejs komunikacyjny: min. 3 x port USB	Tak	
22.	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	Tak	

23	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora		Tak	
24	Wymiary 258 x 199 x 50 mm (+/- 10 mm)		Tak	
Wyposażenie			Tak	
25	Kabel do podłączenia elektrod	- 2 kpl	Tak	
26	Elektrody przyssawkowe	- 12 szt.	Tak	
27	Elektrody kończynowe	- 4 szt.	Tak	
28	Żel EKG op. 0,5 l	- 2 szt.	Tak	
29	Papier EKG	- 10 rolek	Tak	
30	Kabel zasilający	- 1 szt.	Tak	
31	Wózek do oferowanego aparatu EKG o wymiarach: wys. 85 cm (+/- 5 cm), półka 25 cm x 20 cm (+/- 5 cm). Wyposażony w 4 kółka w tym min. 2 kółka blokowane.		Tak	
32	Gwarancja min. 24 miesiące		Tak	

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winne być zaznaczone informacje potwierdzające spełnianie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany w pakiecie Nr II sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.)

**podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo**

=====

PAKIET NR IIINazwa przedmiotu zamówienia: **Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej 2 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Szerokość całkowita 710 mm (+/- 20 mm)	TAK PODAĆ	
2.	Długość całkowita 1950 mm (+/- 20 mm)	TAK PODAĆ	
3.	Wysokość regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 600 - 850 mm (+/- 20 mm)	TAK PODAĆ	
4.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
5.	Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG	TAK	
6.	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża.	TAK	
7.	Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0-55° +/- 5°	TAK PODAĆ	
8.	Cztery odbojniki w ramie leża	TAK	
9.	Wózek wyposażony w: - chromowane bariery boczne, składane, - wieszak kroplówki, - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta,	TAK	
10.	Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych	TAK PODAĆ	
11.	Cztery koła jezdne, w tym min. 2 z blokadą	TAK	
12.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	TAK	
13.	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów	TAK	
14.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK PODAĆ	
15.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
16.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat	TAK	

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,

w których winne być zaznaczone informacje potwierdzające spełnianie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany w pakiecie Nr III sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.)

**podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo**

PAKIET NR IVNazwa przedmiotu zamówienia: **Aparat KTG – 2 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Głowica Cardio – 1 szt.	Tak	
2.	Głowica TOCO – 1 szt.	Tak	
3.	Mierzenie tętna płodu FHR metodą ultradźwiękową	Tak	
4.	Zakres pomiaru 50-210 BPM lub 30 - 240 BPM (ustawiany przez użytkownika)	Tak	
5.	Dopuszczalny błąd pomiaru ≤ 2 BPM	Tak	
6.	Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego - od 2 MHz	Tak	
7.	Intensywność ultradźwiękowa ≤ 5 mW/cm ²	Tak	
8.	Wyświetlane krzywe FHR, TOCO, znaczniki FM	Tak	
9.	Wydruk na papierze z pionową skalą FHR 60-210BPM lub 30-240BPM (do wyboru przez użytkownika w zależności od stosowanego papieru)	Tak	
10.	Zapis w czasie rzeczywistym krzywej FHR, TOCO oraz znaczników ruchu FM	Tak	
11.	Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną	Tak	
12.	Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0-1000 g (0-100 jednostek względnych)	Tak	
13.	Funkcja timera NST	Tak	
14.	Wyświetlana wartość TOCO 0-100 jednostek	Tak	
15.	Funkcja autozerowania TOCO	Tak	
16.	Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO (TOCO BaseLine)	Tak	
17.	Ustawiane limitów (dolnego i górnego) alarmu dźwiękowego i wizualnego FHR	Tak	
18.	Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO (TOCO Gain)	Tak	
19.	Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR	Tak	

20	Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego przez pacjentkę	Tak	
21	Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu	Tak	
22	Możliwość pracy w sieci komputerowej	Tak	
23	Szybkość przesyłania danych minimum 9500 BPS	Tak	
24	Wyświetlane wskazania pracy w sieci	Tak	
25	Wbudowana drukarka termiczna	Tak	
26	3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk badania w skali poziomej - 1, 2 lub 3 cm/min ustawianej przez użytkownika	Tak	
27	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny	Tak	
28	Wymiary wyświetlacza – minimalne 130x100 mm	Tak	
29	Wyświetlana wartość i poziom sygnału FHR	Tak	
30	Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej aparatu	Tak	
31	Długość przewodu głowicy min.2 m	Tak	
32	Papier do oferowanego aparatu -10 rolek	Tak	
33	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winne być zaznaczone informacje potwierdzające spełnianie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia paramentów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- 1) Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- 2) Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany w pakiecie Nr IV sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.)

**podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo**

=====

PAKIET NR VNazwa przedmiotu zamówienia: **Diatermia chirurgiczna****– 1 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym.	TAK	
2.	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz	TAK	
3.	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF	TAK	
4.	Pobór mocy do max. 500W	TAK Podać	
5.	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu.	TAK	
6.	Częstotliwość pracy generatora 357 kHz	TAK	
7.	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1	TAK	
8	Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości. Brak elementów wypukłych, pokręteł itp.	TAK	
9.	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.	TAK	
10	Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja mono, koagulacja bipolarna)	TAK	
11	System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej za pomocą 8 stopniowego wskaźnika diodowego.	TAK	
12	Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i wizualna	TAK	
13	Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania umieszczony z tyłu aparatu, oraz przycisk „czuwania” na panelu frontowym.	TAK	
14	Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu: w zakresie 1-29W z krokiem co 1W, od 30W z krokiem co 5W	TAK	
15	Urządzenie wyposażone w wyjścia: – jedno monopolarne – jedno bipolarne –umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych – gniazdo elektrody neutralnej	TAK	
17	Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy	TAK	

18	Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy.	TAK	
19	Możliwość aktywacji funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej	TAK	
20	Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie 0,1-3 sek.	TAK	
21	Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej. Możliwość regulacji czasu w zakresie 0,1 – 3 sek.	TAK	
22	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 2 poziomy	TAK	
23	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie kodu.	TAK	
24	Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego. Jedno obsługujące włącznik nożny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną.	TAK	
25	Możliwość współpracy urządzenia z włącznikiem nożnym 2-przyciskowym	TAK	
26	Cięcie monopolarne: - czyste – z mocą 250W - z hemostazą – z mocą 250W	TAK	
27	Koagulacja monopolarna. - miękka – moc 150W - forsowna – moc 150W	TAK	
28	Koagulacja bipolarna z mocą 100W. Możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy.	TAK	
29	System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki	TAK	
Wyposażenie aparatu:			
30	Platforma jezdna z blokadą kół i z półką na akcesoria.	TAK	
31	Osprzęt: - Uchwyt elektrody 4 mm szeroki dwa przyciski kabel 4 m 4 szt. - Pętla 10 mm dł. 100 mm uchwyt 4 mm 1 szt. - Kulka prosta 4 mm dł. 100 mm uchwyt 4mm 2 szt. - Kulka prosta 6 mm dł. 100 mm uchwyt 4 mm 1 szt. - Półpętla 10 x10 mm dł. 120 mm uchwyt 4 mm 2 szt. - Półpętla 20 x 15 mm dł. 120 mm uchwyt 4 mm 1 szt. - Półpętla 20 x 20 mm dł. 120 mm uchwyt 4 mm 1 szt. - Żagielek do konizacji 15 x 25 mm dł. 115 mm uchwyt 4 mm 1 szt. - Żagielek do konizacji 20 x 25 mm dł. 115 mm uchwyt 4 mm 1 szt. - Elektroda neutralna silikonowa wielorazowa 30 x 17 cm kabel 4 m 1 szt.	TAK	
32	Bezpłatne dwa przeglądy w okresie trwania gwarancji	TAK	
33	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	

34	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
35	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze.	TAK	
36	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winne być zaznaczone informacje potwierdzające spełnianie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia paramentów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany w pakiecie Nr V sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.)

**podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo**

=====

PAKIET NR VINazwa przedmiotu zamówienia: **Stacja technika RTG – 1 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Komputer PC o parametrach min.: Intel Core 2 Quad 2,66 GHz, RAM 2 GB, dysk twardy 320 GB, karta sieciowa, karta graficzna, napęd DVD R-RW, klawiatura, mysz System operacyjny Windows XP	TAK	
2.	Oprogramowanie DICOM - spełniające wymagania: - możliwość automatycznego pobierania obrazów - import obrazów DICOM i standardowych plików graficznych (JPG). - zarządzanie obrazami w sieci przychodni PACS - automatyczne dostosowanie wyświetlanych parametrów do standardu DICOM oraz dostosowanie trybu wyświetlania na min 2 monitorach. - możliwość pracy z zewnętrznym systemem RIS. - możliwość diagnozy i opisów badań radiologicznych - pomiary odległości, kątów. - przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów - wyświetlanie obrazów w różnych podziałach	TAK	
3.	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print	TAK	
4.	Możliwość bezpośredniego zapisu z aplikacji na nośnik CDR/DVDR z możliwością przeglądania zapisanych obrazów na dowolnym komputerze PC	TAK	
5.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

Oferent zobowiązany jest w ramach realizacji umowy dostawy do zainstalowania komputera PC przy obecnie używanej konsoli technika „CR Console” firmy FUJIFILM oraz do przeniesienia oprogramowania ze starej stacji na nową.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winne być zaznaczone informacje potwierdzające spełnianie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany w pakiecie Nr VI sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.)

**podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo**

OFERTA

Nazwa Oferenta

.....

Adres Oferenta

.....

NIP: REGON:.....

Telefon/Faks

Nawiązując do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie" - III Etap

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi określone w SIWZ za cenę:

LP	Nazwa pakietu	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	PAKIET NR I			
2.	PAKIET NR II			
3	PAKIET NR III			
4	PAKIET NR IV			
5	PAKIET NR V			
6	PAKIET NR VI			
RAZEM				

Wartość netto oferty PLN

Słownie.....

Wartość brutto oferty.....PLN

Słownie

1. Określamy następujące warunki płatności – w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) na warunkach zgodnych z załączonym do SIWZ i wzorem umowy.

-
2. Określamy okres utrzymania stałej ceny na czas trwania umowy.
 3. Udzielamy na oferowany sprzęt miesięczną gwarancję oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

4. Oświadczamy, że:

- spełniamy warunki określone w art. 22 Ustawy – Prawa Zamówień Publicznych
- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

5. Ponadto oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się szczegółowo ze SIWZ, przyjmujemy określone w niej warunki i nie wnosimy zastrzeżeń.
- akceptujemy projekt umowy w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania informacji

- informacje techniczne tel. _____
Pan(i)_____
- informacje finansowe tel. _____
Pan(i)_____

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień otwarcia ofert (art.233 kk).

Naszą ofertę składamy na _____kolejno ponumerowanych stronach

Data_____

podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do specyfikacji

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. z 759 z późn. zmianami) zwanej dalej Pzp.

Ja

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą w Częstochowie – III Etap.

OŚWIADCZAM

w imieniu
.....

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

(miejscowość i data)

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

**OŚWIADCZENIE
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala
Zespolonego z siedzibą w Częstochowie – III Etap**

Ja _____

w imieniu _____

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) według, którego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącym w dokonaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.
- 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
- 3) złożyli nieprawidłowe informację mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
- 4) Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

(miejsowość i data)

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do specyfikacji

Oświadczenie w sprawie atestów

Przystępując do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego
z siedzibą w Częstochowie – III Etap

(imię i nazwisko): _____

zamieszkały: _____

reprezentując firmę (nazwa firmy): _____

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze
mnie firmy **oświadczam, że:**

- przedstawiony w naszej ofercie sprzęt medyczny w każdej pozycji posiada wymagane
prawem aktualne atesty i certyfikaty, dopuszczające do stosowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Do składanej oferty dołączam dokumenty potwierdzające, że oferowany produkt jest
dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

miejsowość, data

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

W trybie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

(imię i nazwisko):

zamieszkały.....

reprezentując firmę (nazwa firmy):

.....

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy **oświadczam, że:**

powierzę/*nie powierzę części zamówienia Podwykonawcy.

Zakres Podwykonawstwa *

.....

.....

Czas trwania Podwykonawstwa*

.....

Nazwa i siedziba Podwykonawcy*

.....

.....

*** właściwe podkreślić**

miejsowość, data

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Umowa dostawy Nr MSZ/...../2011

Zawarta w dniupomędzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa

NIP: 949-17-63-544

REGON: 151586247

KRS: 0000026830

reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego Dariusza Kopczyńskiego

w imieniu którego działa zgodnie z upoważnieniem

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych Piotr Kaczmarczyk

zwany dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
NIP:

REGON:

KRS:

reprezentowanym przez:

.....
zwany dalej „**WYKONAWCĄ**”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr..... z dnia2011 r.

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi:

- 1) **Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III Etap (Pakiet nr.....)** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
 - 2) zainstalowania, uruchomienia sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia
 - 3) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem zamówienia posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres **6 tygodni** tj. od dnia do dniar.
2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania.
3. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego lub jego likwidacji , zastrzega on sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z podanymi cenami i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w łącznej kwocie netto**PLN**, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto**PLN**, (słownie:.....).

§ 4

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
 - 1) dostarczenia sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt i ryzyko do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,
 - 2) powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy z 2 - dniowym wyprzedzeniem,
 - 3) przekazania instrukcji obsługi sprzętu (napisanej w języku polskim) oraz karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową,
 - 4) udzielenia na dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia **24 miesięcznej** gwarancji,
 - 5) dostarczenia i założenia paszportów technicznych na dostarczony i uruchomiony sprzęt medyczny.
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Działu Logistyki.
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:
 - 1) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - 2) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania (dla których jest to wymagane) lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - 3) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii niż ten, który figuruje w dokumentach dostawy.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu do:
 - 1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,
 - 2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tych wad.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 4 odbywać się będzie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy.
2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT.

3. W przypadku przedstawiania przez Wykonawcę nieczytelnej lub wystawionej niezgodnie z przepisami o rachunkowości faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia jej przyjęcia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
6. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. od 1 do 3 umowy zostanie zwrócona przez Zamawiającego, jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do zapłaty należności.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy:
 - 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkującą sukcesją generalną
 - 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ.
 - 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
- Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem

§ 9

Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

§ 10

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

Załącznik nr 8 do Specyfikacji

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

(Oświadczenie Wykonawcy)

NAZWA WYKONAWCY

ADRES

.....

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały/są przez nas wykonane/wykonywane niżej wymienione dostawy (co najmniej dwie dostawy), odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości (każda) na kwotę nie mniejszą niżzł brutto:

Przedmiot dostawy	Początek realizacji od	Koniec realizacji do	Nazwa, adres Zamawiającego	Wartość zrealizowanego zamówienia	Dokument potwierdzający* str. nr

**Należy dołączyć ponumerowane dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. listy referencyjne) – oryginały lub kopie.*

....., dnia 2011 r.

.....
*pieczęćka i podpis upoważnionej osoby
 (osób)do reprezentowania Wykonawcy*