

Częstochowa, 02.07.2011 r.

MSZ.ZP. 3411/13/2011.

**Do wiadomości:  
Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tlenu medycznego oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie**

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z pytaniem czy zamawiający dopuszcza zastąpienie butli aluminiowych 10 l butlami stalowymi 10 litrowymi? Butle te na dzień dzisiejszy są wprowadzone na rynek tylko przez jedną firmę w Polsce, a co za tym idzie tylko jedna firma ma techniczną możliwość przystąpienia do postępowania.

Negatywna odpowiedź i pozostawienie SIWZ bez zmian może budzić wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień publicznych, jako naruszającego zasadę uczciwej konkurencji (art. 7 ust 1 ustawy).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje Wykonawcę, iż posiada własne butle 10 l. stalowe (do napełniania zgodnie z pakietem nr 2). Ze względu na ryzyko zamiany butli Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Podpisał

z up. Dyrektora  
Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno – Technicznych  
Piotr Kaczmarczyk