

Pozycje 1-18 : nić pleciona , wchłaniałna z dodatkiem środka antybakteryjnego ,wchłanająca się do 70 dni, podtrzymująca tkankę w 25 % w 28 dniu po implantacji (wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty badania kliniczne na skuteczność antybakteryjną nici).

L.p.	Kod	Nazwa materiału	Rozmiar	Długość nitki	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Próbki TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.			2/0	70 cm	okrągła 26 mm, 1/2 koła	144						NIE
2.			3/0	70 cm	okrągła 26 mm, 1/2 koła	360						NIE
3.			2/0	70 cm	okrągła 31 mm, 1/2 koła	360						NIE
4.			0	70 cm	okrągła 36 mm, 1/2 koła	1080						NIE
5.			1	70 cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	1080						NIE
6.			2	70 cm	okrągła 45 mm, 1/2 koła	1080						NIE
7.			2/0	70 cm	okrągła 36 mm, 1/2 koła	36						NIE
8.			0	90 cm	okrągło-tnąca 36 mm, 1/2 koła	36						NIE
9.			2/0	70 cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	36						NIE
10.			0	70 cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	36						NIE
11.			0	90 cm	odwrotnie tnąca 40 mm, 1/2 koła	36						NIE
12.			4/0	70 cm	okrągła 22 mm, 1/2 koła	36						NIE
13.			3/0	70 cm	okrągła 31 mm, 1/2 koła	108						NIE
14.			1	90 cm	okrągło-tnąca 40 mm, 1/2 koła	36						NIE
15.			2/0	6 x45cm		288						NIE
16.			3/0	6x45 cm		36						NIE
17.			3/0	2x70		36						NIE
18.			2/0	2x70		36						NIE
WARTOŚĆ OGÓLEM (suma pozycji od 1 do 18)												

*około - dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłki od żądanej wartości

** podane długości nici oraz ilości odcinków w szaszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w szaszetce

będzie mniejsza od żądanego w SIWZ , należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...) , aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce, lecz do pełnych szaszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w szaszetce , które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA ! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych , w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

pętla - specjalny szew przeznaczony do użycia w przypadku wykorzystania techniki szwu pętlowego.

.....
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwa