

Pozycje 1-11 : nić pleciona , wchłaniałna bez środka antybakteryjnego wchłanająca się do 70 dni, podtrzymująca tkankę w 25 % w 28 dniu po implantacji

Pozycje 12-17 : nić pleciona , wchłaniałna bez środka antybakteryjnego wchłanająca się do 70 dni, podtrzymująca tkankę w 25 % w 28 dniu po implantacji

L.p.	Kod	Nazwa materiału	Rozmiar	Długość nitki	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Próbki TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			0	75cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	120						NIE
2			1	75 cm	okrągła 45 mm, 1/2 koła	120						NIE
3			2	75 cm	okrągła 45 mm, 1/2 koła	240						NIE
4			2/0	150		480						NIE
5			1	150		84						NIE
6			3/0	150		756						NIE
7			0	150		72						NIE
8			2	150		144						NIE
9			3/0	75	tnąca 16mm, 3/8 koła	24						NIE
10			1	70	haczykowata okrągło - tnąca 31 mm,	144						NIE
11			1	100	okrągła tępa, 3/8 koła, 65 mm	36						NIE
12			2/0	70 cm	okrągła 26 mm, 1/2 koła	144						NIE
13			3/0	70 cm	okrągła 26 mm, 1/2 koła	720						NIE
14			2/0	70 cm	okrągła 30 mm, 1/2 koła	360						NIE
15			0	70 cm	okrągła 37 mm, 1/2 koła	1800						NIE
16			1	70 cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	1800						NIE
17			2	70 cm	okrągła 48 mm, 1/2 koła	1800						NIE
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM (suma pozycji od 1 do 17)</b>												

\*około - dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłki od żądanej wartości

\*\* podane długości nici oraz ilości odcinków w szaszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w szaszetce

będzie mniejsza od żadanego w SIWZ , należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy ( 2x, 3x, itd... ) , aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce, lecz do pełnych szaszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w szaszetce , które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA ! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych , w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości ( co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji

w korelacji z żdanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

pętla - specjalny szew przeznaczony do użycia w przypadku wykorzystania techniki szwu pętlowego.

.....

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwa