

Pozycje 1-5: nić monofilamentowa, wchłanialna między 180-210 dniem, podtrzymująca tkankę w 50% w 42 dniu po implantacji

Pozycje 6-9 nić monofilamentowa, wchłanialna między 180-210 dniem, podtrzymująca tkankę w 50% po 28-35 dniach, 0% po 70 dniach

Pozycje 10-11: nić monofilamentowa z dodatkiem środka antybakteryjnego, wchłanialna między 180-210 dniem, podtrzymująca tkankę w 50% w 42 dniu po implantacji

L.p.	Kod	Nazwa materiału	Rozmiar	Długość nitki	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Próbki TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			2/0	70	okrągła 26mm, 1/2 koła	72						NIE
2			0	70	okrągła 31mm, 1/2 koła	36						NIE
3			1	150 pętla	okrągła 40 mm, 1/2 koła	96						NIE
4			4/0	70 cm	okrągła 20 mm, 1/2 koła	36						NIE
5			3/0	70 cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	36						NIE
6			3/0	70 cm	okrągła 37 mm, 1/2 koła	12						NIE
7			2/0	70 cm	okrągła 37 mm, 1/2 koła	12						NIE
8			0	90 cm	okrągła 43 mm, 1/2 koła	12						NIE
9			1	90 cm	okrągła 43 mm, 1/2 koła	12						NIE
10			1	150	okrągła 65 mm, 1/2 koła	24						NIE
11			30	70 cm	Okrągła 26 mm, 1/2 koła	48						NIE
WARTOŚĆ OGÓLEM (suma pozycji od 1 do 11)												

\*około - dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłki od żądanej wartości.

\*\* podane długości nici oraz ilości odcinków w szaszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w szaszetce

będzie mniejsza od żadanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy ( 2x, 3x, itd... ), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce, lecz do pełnych szaszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w szaszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo

parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości ( co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Pętla - specjalny szew przeznaczony do użycia w przypadku wykorzystywania techniki szwu pętlowego

.....  
 Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  
 występowania w obrocie prawnym lub posiadających  
 pełnomocnictwo

