

Pozycje 1-10: nić monofilamentowa, poliamidowa, niewchłaniałna

L.p.	Kod	Nazwa materiału	Rozmiar	Długość nitki	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Próbki TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.			2/0	75 cm	odwrotnie tnąca, dwuwkłęśła 26 mm 3/8 koła	720						NIE
2.			3/0	75 cm	odwrotnie tnąca, dwuwkłęśła 26 mm 3/8 koła	540						NIE
3.			4/0	45 cm	odwrotnie tnąca, dwuwkłęśła 19 mm 3/8 koła	360						NIE
4.			1	100 cm	okrągła 40 mm, 1/2 koła	144						NIE
5.			0	100 cm	odwrotnie tnąca, 40 mm 1/2 koła	840						NIE
6.			2	100 cm	tnąca 90 mm, 3/8 koła	48						NIE
7.			2/0	75 cm	odwrotnie tnąca, 24 mm 3/8 koła	3240						NIE
8.			3/0	75 cm	odwrotnie tnąca, 24 mm 3/8 koła	1800						NIE
9.			4/0	45 cm	odwrotnie tnąca, 19 mm 3/8 koła	144						NIE
10.			2/0	75 cm	odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro-Point, 39 mm 3/8 koła	72						NIE
WARTOŚĆ OGÓŁEM (suma pozycji od 1 do 10)												

\*\* podane długości nici oraz ilości odcinków w szaszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w szaszetce

będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy ( 2x, 3x, itd... ), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce, lecz do pełnych szaszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w szaszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA ! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo

parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych , w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości ( co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu ). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

.....  
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  
występowania w obrocie prawnym lub posiadających  
pełnomocnictwo