

MZS.ZP.3411/22/12.

Do wiadomości:
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie z podziałem na dwa pakiety.

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

W związku z chęcią przystąpienia do ww. przetargu i koniecznością przygotowania oferty z należytą starannością zwracamy się do Państwa z pytaniem doprecyzowującym warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 do pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora parametrów krytycznych z intuicyjnym menu w języku angielskim wraz z bazą danych na 20 ostatnich wyników pacjentów?

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego w przedmiotowym zakresie pozwoli rozszerzyć grono potencjalnych Wykonawców, a co za tym idzie będzie miało wymierny wpływ na cenę ofert.

Odpowiedź: NIE wyrażamy zgody.

(Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę parametrów. W opisie przedmiotu zamówienia poz. 10 Zamawiający wskazał, iż wymaga pamięć wyników pacjentów w analizatorze min. 1000, w poz. 8 wymagane było menu w języku polskim).

Pytanie Nr 2 do pakietu Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni.

Odpowiedź: TAK

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Podpisał:
z up. Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno – Technicznych
Piotr Kaczmarczyk