

Numer sprawy – MSZ.ZP.3411/22/2013.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni”.

(Kod CPV – 33.12.32.30-9; 33.19.11.10-9; 33.19.41.10 – 0; 33.10.00.00 -1)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.07.2013 r. pod nr 292334 –2013, oraz na stronie internetowej www.zsm.czyst.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie w dniu 24.07.2013 r.

**dla:
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego
z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Mirowskiej 15
42-200 Częstochowa**

Uwaga: Przed przygotowaniem oferty prosimy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją

Rozdział I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa
NIP: 949 17 63 544 REGON: 151586247 KRS: 0000026830
tel/fax 34 370 21 25, 370 21 35
e-mail: zp@zsm.czest.pl lub zp2@zsm.czest.pl
adres strony internetowej: www.zsm.czest.pl

Rozdział II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ileokroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- „SIWZ” – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekazywaną Wykonawcom, w której Zamawiający określa zasady i warunki udzielenia zamówienia;
- „Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
- „UZP” – należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych,
- „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
- „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
- „zamówieniu publicznym” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem są **dostawy**.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 39 – 46 **w trybie przetargu nieograniczonego** w powiązaniu z art.10 ust. 1 Pzp, o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **MSZ.ZP 3411/22/2013**. Wykonawcy Zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących toczącego się postępowania.

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni” z podziałem na 7 pakietów:**
 - 1) Pakiet nr 1 obejmuje dostawę sterylizatora parowego, myjki ultradźwiękowej, wózka do transportu materiałów do sterylizacji - 1 kpl.
 - 2) Pakiet nr 2 obejmuje dostawę komory laminarnej 1 szt.
 - 3) Pakiet Nr 3 obejmuje dostawę Aparatu EKG z wózkiem 3 szt.
 - 4) Pakiet nr 4 obejmuje dostawę ssaka elektrycznego 5 szt.
 - 5) Pakiet Nr 5 obejmuje dostawę pomp infuzyjnych 3 szt.
 - 6) Pakiet Nr 6 obejmuje dostawę optyki urologicznej 3 szt i Ureterorenoskopu 2 szt.
 - 7) Pakiet Nr 7 obejmuje dostawę Kardiomonitora 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi parametrami został szczegółowo określony w załączniku nr 1.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne zadania tj. Wykonawca może złożyć ofertę na pojedynczy pakiet, w którym wypełnione muszą być wszystkie pozycje.
4. Wykonawca zobowiązany jest się dołączyć do składanej oferty pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których to jasno będzie wynikało, że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji.
5. Wykonawca zapewni gwarancję na dostarczony sprzęt oraz zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
6. Wykonawca ma obowiązek do każdego zaoferowanego sprzętu dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski.
7. Wykonawca na własny koszt i ryzyko winien dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany uruchomić dostarczony sprzęt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego, oraz zobowiązuje się do założenia paszportów technicznych na dostarczone urządzenia.
9. Oferowane urządzenia mają posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty.
10. Oferowany asortyment musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).
11. Wykonawca podpisze oświadczenie, że zaoferowany przez niego sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości zamówienia przez podwykonawców. Oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia realizowanego przez podwykonawcę. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę samodzielnie.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Miejsce realizacji zamówienia:
**SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Mirowskiej 15.**

Rozdział IV INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIĄJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Rozdział V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia **do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.**

Rozdział VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP oraz spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1, pkt 1 ustawy Pzp.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

Spełnieniem warunku będzie wykazanie, że Wykonawcy wykonali/wykonują co najmniej **jedną dostawę** odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o **rocznej** wartości brutto nie niższej niż:

dla Pakietu Nr 1 - 200.000,00 PLN

dla Pakietu Nr 2 – 20.000,00 PLN

dla Pakietu Nr 3 – 18.000,00 PLN

dla Pakietu Nr 4 – 8.000,00 PLN

dla Pakietu Nr 5 – 10.000,00 PLN

dla Pakietu Nr 6 – 35.000,00 PLN

dla Pakietu Nr 7 – 10.000,00 PLN

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1, pkt 3 ustawy Pzp.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1, pkt 4 ustawy Pzp.

oraz wobec których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ.
3. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuconiem jego oferty), z zastrzeżeniem art.26 ust.3 PZP.
4. Zgodnie z art. 26 ust.3 PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamawianych dostaw, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust.3 tylko za pośrednictwem faksu. Oryginały należy dostarczyć na wskazany adres.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Rozdział VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U z 19.02.2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

- 1) oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiący **załącznik nr 4** do SIWZ.
- 2) na potwierdzenie warunków art. 22 ust. 1 do składanej oferty należy załączyć:
- 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Spełnieniem warunku będzie wykazanie, że Wykonawcy wykonali/wykonyują co najmniej **jedną dostawę** o rocznej wartości nie niższej brutto niż:
dla Pakietu Nr 1 - 200.000,00 PLN
dla Pakietu Nr 2 – 20.000,00 PLN
dla Pakietu Nr 3 – 18.000,00 PLN
dla Pakietu Nr 4 – 8.000,00 PLN
dla Pakietu Nr 5 – 10.000,00 PLN
dla Pakietu Nr 6 – 35.000,00 PLN
dla Pakietu Nr 7 – 10.000,00 PLN
- 4) Oświadczenia o posiadaniu aktualnego świadectwa rejestracji lub świadectwa dopuszczenia do obrotu lub świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywna opinia o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności CE – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 107, poz.679) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania w/w dokumentów. (zgodnie z treścią **załącznika nr 7** do SIWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów.

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiący **załącznik nr 5** do SIWZ
- 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub informację o działalności gospodarczej wygenerowaną z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Oprócz wymienionych dokumentów do składanej oferty należy dołączyć:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) wypełniony i podpisany formularz asort. - cenowy | stanowiący załącznik nr 1 |
| 2) wypełniony i podpisany druk oferty | stanowiący załącznik nr 3 |
| 3) oświadczenie o podwykonawcach | stanowiący załącznik nr 6 |
| 4) oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego | stanowiący załącznik nr 7 |
| 5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy) lub informację o braku przynależności do grupie kapitałowej | stanowiący załącznik nr 8 |
| 6) zaakceptowany projekt umowy | stanowiący załącznik nr 9 |
| 7) wykaz wykonanych dostaw | stanowiący załącznik nr 10 |

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum/spółka cywilna), każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdz. VII ust. 2 niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty będą traktowane, jako wspólne. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Oferta złożona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie powinna spełniać następujące wymagania:

- 1) powinna zawierać informacje i dokumenty wymienione w Rozdz. VII ust.2 SIWZ dotyczące każdego z członków konsorcjum odrębnie,
- 2) powinna zostać podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich członków konsorcjum,
- 3) wszyscy członkowie konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie przyszłej umowy zgodnie z jej postanowieniami określonymi w art. 366 Kodeksu cywilnego
- 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, **nie później niż na dzień składania ofert** spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1.

Rozdział VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ, wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy PZP w formie faksu oraz pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom na pisemne zapytanie każdego z nich oraz umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego z wyłączeniem przypadku wykonywania przez Wykonawcę (na wezwanie przekazane faksem przez Zamawiającego) dyspozycji art. 26 ust. 3, która następuje tylko w formie pisemnej.
3. Jeżeli Zamawiający lub/i Wykonawca przekazują oświadczenia, informację, wnioski, zawiadomienia lub inne dokumenty za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. **Za datę powzięcia wiadomości otrzymanej faksem uznaje się dzień, w którym Strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu.** W przypadku otrzymania faksu po oficjalnych godzinach urzędowania, za dzień zapoznania się z treścią faksu uznaje się najbliższy dzień roboczy. Za urzędowe godziny pracy Zamawiającego przyjmuje się pracę w dni robocze (poniedziałek - piątek) **od godziny 7.25 do 15.00.**
5. Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysłać bądź składać na adres:
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
Sekcja Zamówień Publicznych
6. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesłać na wskazany powyżej adres Zamawiającego: (34) 370 21 35. Przesyłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
7. W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów również e- mailem na adres: zp@zsm.czest.pl lub zp2@zsm.czest.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.
8. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

10. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej www.zsm.czest.pl. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
12. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawach dot. przedmiotu zamówienia:
Zastępca Dyrektora ds Eksploatacyjno –Technicznych Paweł Lelonkiewicz
Kierownik Działu Logistyki Cezary Kołek tel. 34/370 21 25
Kierownik Działu Technicznego Zenon Ball tel.34 /370 21 26
W sprawach formalnych
Sekcja Zamówień Publicznych Grażyna Harciarek tel./faks34/370 21 35
13. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, i informacji.

Rozdział IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W związku z tym, że wartość prowadzonego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp, Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Rozdział X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP– oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zmian), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

5. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Oferta powinna być oznakowana w sposób następujący:
Oferta przetargowa na Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przeszpitalnych". Nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 07.08.2013 r.

Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w do dnia **07.08.2013** r. do godz. **10.00** w Sekretariacie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie ul. Mirowska 15 (pawilon G pokój nr 17).
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu, co odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. Na żądanie Oferenta wydaje się pokwitowanie złożonej oferty.
3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie transportu.
4. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, poprzednio złożoną ofertę, zmienić lub wycofać. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebrany kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Oferty zostaną otwarte w dniu **07.08.2013** r. o godz. **10.30** w pokoju Sekcji zamówień publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon G pokój nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji Przetargowej.
9. Na wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te zostaną niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie.

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumieć będzie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
2. Cena netto i cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie.
3. Oferta winna zawierać: ostateczną sumaryczną jednostkową cenę netto oraz cenę

brutto przedmiotu zamówienia.

4. Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna cena uwzględniająca wszystkie zobowiązania i nie będzie podlegać negocjacom.
5. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XIV. SPOSÓB ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
2. Płatność za usługi dokonana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo i czytelnie wystawionej faktury VAT.

Rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Tryb oceny ofert:
 - 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
 - 2) Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I. etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności ofert .

Oferty niespełniające wymagań określonych ustawą Pzp i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II. etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:

W II etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium: (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)

Nazwa kryterium	Waga %
Wartość oferty	100 %

3. Wartość będzie punktowana według wzoru matematycznego:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times 100\% = X \text{ pkt.}$$

- Cb cena oferty badanej
 Cn najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
 100 wskaźnik stały
 100% kryterium oceny

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania - otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych i w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość punktów.

Rozdział XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

1. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na zasadach określonych w art. 27 ust.2 - za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną lub 10 dni – jeżeli ogłoszenie zostanie podesłane w inny sposób, za wyjątkiem sytuacji jeżeli w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII. WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala.
2. Zamawiający po zatwierdzeniu wyników przekaże wszystkim Wykonawcom oraz ogłosi publicznie w swojej siedzibie nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą oraz cenę wybranej oferty, a także wszystkie inne informacje, o których mowa w art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Jeżeli Wykonawca zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, uchylał będzie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z treścią

z art. 94 ust.3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy Pzp:
- 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną,
 - 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty lub SIWZ,
 - 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
 - 4) zmiany w przypadku, gdy nastąpiło obniżenie ceny jednostkowej asortymentu,

Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.

Rozdział XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZp przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W związku z tym, że wartość prowadzonego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, w przedmiotowym postępowaniu wniesienie odwołania przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. tj. czynności dotyczących:

- 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego

Rozdział XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
4. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie lub faksem kopie protokołu.
6. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:
 - 1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
 - 2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- 3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,
- 4) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji, Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,60 zł za 1 stronę.
- 5) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Formularz asortymentowo – cenowy | zał. nr 1 |
| 2. Druk oferty | zał. nr 2 |
| 3. Oświadczenie z art. 22 | zał. nr 3 |
| 4. Oświadczenie z art. 24 | zał. nr 4 |
| 5. Oświadczenie o podwykonawcach | zał. nr 5 |
| 6. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego | zał. nr 6 |
| 7. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej | zał. nr 8 |
| 8. Projekt umowy. | zał. nr 9 |
| 9. Wykaz wykonanych dostaw | zał. nr 10 |

**Zatwierdził:
Dyrektor
Wojciech Konieczny**

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Pakiet nr 1

Nazwa przedmiotu zamówienia: : **Sterylizator parowy, myjka ultradźwiękowa, wózek do transportu materiałów do sterylizacji**
- 1 kpl

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: (4 kosze o pojemności STE (4 x 600 x 300 x 300 mm)) -kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory więcej niż 5 mm z każdej strony, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drewna, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi kulczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału (nie dopuszcza komory z elektropolerowanym wnętrzem komory ze względu na ograniczenie przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału),	Tak	
2.	Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 316L. Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 304. Instalacja wodna i parowa sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 316. Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych).	Tak	
3.	Grubość ściany komory 5mm. (+/-10%)	Tak	
4.	Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700 - 800mm.	Tak	
5.	Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 316L.	Tak	
6.	Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie -wyposażone w przeciwcieżar pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładowczych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. -wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa.	Tak	

7.	Sterownik mikroprocesorowe.	Tak	
8.	Dotykowy przeszklony panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie załadowniczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędów i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim	Tak	
9.	Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowniczej informujący o: Stanie programu, stanie alarmowym Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora.	Tak	
10.	Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowniczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 285.	Tak	
11.	Program testujący Bowie & Dick.	Tak	
12.	Program testu próżniowego.	Tak	
13.	Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programu zwalidowane przez producenta urządzenia. Czas trwania programu nie przekraczający 65 minut	Tak. Opisać	
14.	Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu (minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis).	Tak	
15.	Wbudowana sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu.	Tak	
16.	Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego.	Tak	
17.	Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy ze wspólnym systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi.	Tak	
18.	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym. Pompa próżniowa wyposażona w inżektor wzmacniający działanie pompy.	Tak	
19.	Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.	Tak	
20.	Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica)	Tak	

21.	Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika	Tak	
22.	Sterylizator wyposażony we wbudowany układ redukujący zużycie wody przez pompę próżniową.	Tak	
23.	Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem lub wodą. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3000 cykli.	Tak	
24.	Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia	Tak	
25.	Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny	Tak	
26.	Podłączenie odpływu bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej.	Tak	
27.	Urządzenie posadzone bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie).	Tak	
28.	Wbudowana w sterylizator wytwornica pary: - zasilana elektrycznie, moc minimum 30kW - wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej (o parametrach zgodnych z PN-EN 285) - automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej - automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) sterowane przez sterownik urządzenia	Tak	
29.	Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1	Tak	
30.	Sterylizator zgodny z: - dyrektywą medyczną 93/42/EEC (dołączyć kopie certyfikatu) - dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC (dołączyć kopie certyfikatu)	Tak	
31.	Wymiary maks.(szer x wys x gł cm.)120x190x100	Tak. Podać	
WYPOSAŻENIE STERYLIZATORA			
32.	Wózek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do załadunku, wyposażony w 2 półki - szt. 1	Tak	
33.	Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 4STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego - szt. 2	Tak	
34.	Walidacja instalacyjna oraz walidacja operacyjna sterylizatora - 1 kpl	Tak	
35.	Myjnia ultradźwiękowa wbudowana w stół roboczy na kółkach: - maksymalna długość stołu 120cm, - długości komory minimum 60 cm, - szerokość komory minimum 35 cm - objętość użytkowa komory 30 litów +/-10%, - odpływ minimum 1", - skośne dno komory zapewniający łatwy spływ wody (skos minimum 2 cm na długości komory), - ultradźwięki 35kHz, moc minimum 600W, - zasilanie 230V, - urządzenie oznaczone jako wyrób medyczny (załączyć dokument potwierdzający) - 1 szt.	Tak. Podać	

36.	Wózek transportowy 2-poziomowy z regulowaną wysokością: - rama i blat wózka wykonane ze stali nierdzewnej, - wymiary blatu wózka szerokość 65cm, długość 75cm (+/- 5%) - wysokość blatu dolnego w położeniu „podniesiony” minimum 135cm - cztery kółka z blokadą, - zmiana położenia automatyczna (napęd elektryczny), - udźwig wózka min. 80 kg - 1 szt.	Tak. Podać	
37.	Kompresor do powietrza o pojemności min. 15 litrów w celu zabezpieczenia powietrza do oferowanego sterylizatora (Centralna Sterylizatornia nie posiada instalacji sprężonego powietrza) - 1 szt.	Tak Podać	
GWARANCJA/ SERWIS			
38.	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji	Tak	
39.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wraz z materiałami eksploatacyjnymi (bez materiałów eksploatacyjnych do drukarki) na koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy)	Tak	
40.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Tak, podać	
41.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy 24 godz. w dni robocze	Tak	
42.	Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 48 godz. w dni robocze	Tak	
43.	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	
PRACE INSTALACYJNE			
44.	Demontaż istniejącego sterylizatora wraz z zabudową i przekazanie Zamawiającemu.	Tak	
45.	Przygotowanie miejsca pod montaż nowego sterylizatora wraz z podłączeniem mediów.	Tak	
46.	Dostawa i montaż sterylizatora w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy	Tak	
47.	Prace uzupełniające –prace budowlane wynikające z demontażu i montażu sterylizatora	Tak	
48.	Dokumentacja techniczna –Wykonawca uzgodni z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentację montażowo-rejestracyjną	Tak	
49.	Wykonawca zleca odbiór sterylizatora przez Urząd Dozoru Technicznego. Koszt tego odbioru ponosi Wykonawca	Tak	
50.	Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami w Urzędzie Dozoru Technicznego musi być wliczone w cenę oferty.	Tak	
51.	Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Centralnej Sterylizacji w zakresie obsługi. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem i pracownicy muszą otrzymać indywidualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu.	Tak	
52.	Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację eksploatacyjną w języku polskim oraz skróconą instrukcję obsługi.	Tak	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.

Wycena elementów wchodzących w skład kompletu:				
L.p.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Sterylizator parowy wraz z:	1		
	Wózek wsadowy	1		
	Wózek transportowy	2		
	Kompresor powietrza	1		
2.	Myjnia ultradźwiękowa	1		
3	Wózek transportowy z podnoszonym blatem	1		

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

.....
 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 2Nazwa przedmiotu zamówienia: **Komora laminarna – 1 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1	Komora laminarna przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń w badaniach mikrobiologicznych i biochemicznych	Tak	
2	Komora zapewnia sterylne warunki ochrony obrabianego materiału od zanieczyszczeń zewnętrznych	Tak	
3	Pionowy, laminarny przepływ powietrza	Tak	
4	Przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,2-0,8 m/s (+/-) 0,1 m/s	Tak, Podać	
5	Minimum dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o wydajności 99,999% dla cząsteczek o średnicy > 0,3 um	Tak	
6	Wentylatory cichobieżne poziom hałasu poniżej 60 dB	Tak	
7	Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą szybkość przepływu powietrza w komorze.	Tak	
8	System sterowania mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym menu w j. Polskim	Tak	
9	Godzinowy licznik pracy urządzenia i lampy bakteriobójczej	Tak	
10	Wymiary zewnętrzne: szerokość/głębokość/wysokość w mm 1320/800/1250 (+/-) 20 mm	Tak. Podać	
11	Wymiary wewnętrzne: szerokość/głębokość/wysokość w mm 1250/600/700 (+/-) 20 mm	Tak. Podać	
12	Wysokość podniesienia szyby podczas pracy 260 mm (+/-) 10 mm	Tak. Podać	
KONSTRUKCJI KOMORY			
13	Okno frontowe wykonane ze szkła bezpiecznego (podwójnego, hartowanego) o grubości około 6 mm podnoszone i opuszczane elektrycznie	Tak	
14	Podłoga, płyty robocze, boki i tył przestrzeni roboczej –wykonane z blach stalowej, kwasoodpornej, galwanizowanej.	Tak	
15	Obudowa zewnętrzna stal, pokryta polstyrenem lub lakierem proszkowym	Tak	

16	Blat roboczy jednocześnie perforowany z blachy nierdzewnej	Tak	
17	Boki przestrzeni roboczej pełne	Tak	
WYPOSAŻENIE			
18	Lampa doświetlająca przestrzeń roboczą – oświetlenie białe jarzeniowe min. 1300 lux	Tak	
19	Lampa bakteriobójcza UV (36 W) zamocowana na stałe w górnej części obszaru roboczego.	Tak	
20	Dwa gniazda elektryczne w przestrzeni roboczej	Tak	
21	Przyłącze gazu 3/8" z zaworem mechanicznym	Tak	
22	Podstawa pod oferowaną komorę wysokość 800 mm (+/-) 50 mm	Tak	
Gwarancja i serwis			
23	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji	Tak	
24	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy na koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy)	Tak	
25	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Tak, podać	
26	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy 48 godz. w dni robocze	Tak	
27	Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 48 godz. w dni robocze	Tak	
28	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	
29	Deklaracja CE producenta	Tak. Załączyć	
30	Komora spełnia wymogi normy PN-EN 12469	Tak	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....
Pieczeń i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet Nr 3Nazwa przedmiotu zamówienia: **Aparat EKG z wózkiem– 3 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Automatyczna analiza i interpretacja	Tak	
2.	Praca w trybie Auto lub Manual	Tak	
3.	Sygnal EKG: 12 odprowadzeń	Tak	
4.	Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna	Tak	
5.	Kolorowy ekran TFT min. 5,7 cala	Tak	
6.	Panel dotykowy	Tak	
7.	Prezentacja na ekranie przebiegu z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG	Tak	
8.	Wydruk z wbudowanej drukarki na papierze 112 mm.	Tak	
9.	Możliwość wydruk bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce.	Tak	
10.	Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów	Tak	
11.	Czułość 2,5/5/10/20 mm/Mv	Tak	
12.	Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s	Tak	
13.	Baza pacjentów z pamięcią min. 300 badań	Tak	
14.	Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB	Tak	
15.	Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału	Tak	
16.	Detekcja stymulatora serca	Tak	
17.	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu	Tak	
18.	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń	Tak	
19.	Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego	Tak	
20.	Cyfrowy filtr pływania izolinii	Tak	
21.	Interfejs komunikacyjny: min. 2 x port USB	Tak	
22.	Zasilanie sieciowo- akumulatorowe	Tak	

23	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora	Tak	
24	Wymiary 260 x 200 x 50 mm (+/- 20 mm)	Tak	
	Wyposażenie	Tak	
25	Kabel do podłączenia elektrod (12 odp.) - 1 kpl	Tak	
26	Elektrody przyssawkowe - 6 szt.	Tak	
27	Elektrody kończynowe - 4 szt.	Tak	
28	Żel EKG op. 0,5 l - 2 szt.	Tak	
29	Papier EKG rolek - 10	Tak	
30	Kabel zasilający - 1 szt.	Tak	
31	Wózek do oferowanego aparatu EKG o wymiarach: wys. 85 cm (+/- 5 cm), półka około 28 cm x 22 cm. Wyposażony w 4 kółka w tym min. 2 kółka blokowane.	Tak	
GWARANCJA/SERWIS			
32	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji	Tak	
33	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wraz z materiałami eksploatacyjnymi (bez materiałów eksploatacyjnych do drukarki) na koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy)	Tak	
34	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Tak, podać	
35	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy 48 godz. w dni robocze	Tak	
36	Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 48 godz. w dni robocze	Tak	
37	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi)

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 4Nazwa przedmiotu zamówienia: **Ssak elektryczny – 2 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Praca w trybie ciągłym i przerywanym	Tak	
2.	Wydajność > 28l/min	Tak. Podać	
3.	Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar	Tak	
4.	Pojemność słoii ssących 2-3 l	Tak	
5.	Słoje wielorazowego użytku	Tak	
6.	Głośność max 46 dB	Tak	
7.	Wymiary 260x360x350 (+/- 20 mm)	Tak. Podać	
8.	Wózek w komplecie dedykowany pod oferowane urządzenie.	Tak	
9.	Wózek wyposażony w cztery koła z czego dwa z blokadą	Tak	
10.	Masa własna ssaka do 4,5 kg	Tak	
GWARANCJA/ SERWIS			
11.	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji	Tak	
12.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy na koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy)	Tak	
13.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Tak, podać	
14.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy 48 godz. w dni robocze	Tak	
15.	Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 48 godz. w dni robocze	Tak	
16.	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	
17.	CE (podać nr certyfikatu)	<i>Tak</i>	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi

.....
Pieczeńć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 5Nazwa przedmiotu zamówienia: **Pompa infuzyjna**

– 3 szt.

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Rodzaje strzykawk: podać typy strzykawk ze wskazaniem ich producentów	Podać	
2.	Automatyczne rozpoznawanie przez pompę wielkości strzykawk 10, 20, 30 i 50 ml	Tak	
3.	Mocowanie strzykawki od góry pompy	Tak	
4.	Możliwość zmiany szybkości dozowania bez konieczności zatrzymania pompy	Tak	
5.	Funkcja STANDBY	Tak	
6.	Tłok strzykawki i docisk tłoka nie może wystawać poza obręb pompy	Tak	
8.	Wymiana strzykawki bez konieczności ponownego programowania jej parametrów	Tak	
10.	Czujniki: a) prawidłowego umocowania kołnierza strzykawki b) tłoka strzykawki	Tak	
11.	Bolus ręczny	Tak	
12.	Szybkości przepływu 0,1 - 1200 ml/h, programowana z dokładnością 0,1 ml/h w zakresie 0,1 – 99,9 ml/h	Tak	
13.	Zakres wyświetlanej objętości 0,1 - 999,9 ml	Tak	
14.	Dwa tryby pracy – z limitem lub bez limitu objętości	Tak	
15.	Możliwości ręcznego przesuwania docisku tłoka	Tak	
16.	Zabezpieczenie pompy przed przypadkowymi zmianami ustawień	Tak	
17.	Mechaniczna dokładność $\pm 1\%$	TAK	
18.	Detekcja okluzji, podać poziomy alarm okluzji (min. 5 poziomów okluzji, od 100 mmHg)	Podać /Tak	
19.	Możliwość zmiany poziomu okluzji przez użytkownika	Tak	
20.	Funkcja KVO. Podać wartość szybkości przepływu	Tak/Podać	
21.	Monitorowanie objętości podanej	Tak	
22.	Automatyczna redukcja bolusa po wystąpieniu okluzji	Tak	

23.	Wskaźnik świetlny narastającego ciśnienia okluzji	Tak	
24.	Zasilanie 220-240V, 50Hz. Zasilacz wbudowany w urządzenie	Tak/Podać	
25.	Zasilanie 12 – 15V (DC), gniazdo zasilania karetkowego	Tak	
26.	Wskaźnik stanu naładowania i procesu ładowania akumulatora. Możliwość pracy pompy na zasilaniu sieciowym po rozładowaniu lub uszkodzeniu akumulatora	Tak	
27.	Czas pracy pompy zasilanej z wewnętrznego akumulatora min. 4,5 godz.	Tak	
28.	Funkcja historii z datą, min. 500 zdarzeń	Tak/Podać	
29.	Zabezpieczenie przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki: IPX4	Tak	
30.	Funkcja blokady panelu jednym klawiszem	Tak	
31.	Możliwość zmiany ustawień podczas trwania infuzji	Tak	
32.	Możliwości monitorowania i programowania parametrów infuzji bez wchodzenia w menu	Tak	
33.	Licznik całkowitego czasu pracy pompy	Tak	
34.	Dostępny uchwyt do mocowania na stojakach	Tak/Podać	
35.	Zintegrowany uchwyt do przenoszenia pompy	Tak	
36.	Wymiary pompy	Podać	
37.	Waga pompy max 2 kg	Tak/Podać	
II.	Alarmy		
38.	Alarm świetlny i dźwiękowy o regulowanej głośności	Tak/Podać	
39.	Alarm zbliżający się do końca infuzji z regulacją czasu pozostałego do końca wlewu w zakresie 3-60 min	Tak/Podać	
40.	Alarm zatrzymania pompy	Tak	
41.	Alarm okluzji z monitorowaniem narastania okluzji, bez konieczności stosowania dodatkowych drenów	Tak	
42.	Alarm rozładowania akumulatora	Tak	
43.	Alarm złego umieszczenia strzykawki	Tak	
44.	Alarm odłączenia zasilania	Tak	
GWARANCJA/ SERWIS			
11.	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji	Tak	
12.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy na koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy)	Tak	
13.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Tak, podać	
14.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy 48 godz. w dni robocze	Tak	
15.	Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 48 godz. w dni robocze	Tak	

16.	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	
17.	Certyfikat jakości (CE lub COTM) – podać rodzaj i numer certyfikatu jakości, Deklaracja Zgodności	Tak/ załączyć	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

.....
Pieczeńć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet Nr 6

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Optyka urologiczna**- 3 szt.****Ureterorenoskop****- 2 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów min. 5 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 5,1x6,2 Charr. Kąt patrzenia optyki w zakresie 6-15°, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm – 2 szt.	Tak	
2.	Optyka urologiczna 30°, Ø 4 mm długość 300-310 mm, system soczewek wałeczkowych autoklawalna – 3 szt.	Tak	
GWARANCJA/SERWIS			
3.	Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji	Tak	
4.	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Wycena pojedynczych elementów				
L.p.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Ureterorenoskop	1		
2.	Optyka urologiczna 30°	1		

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet Nr 7Nazwa przedmiotu zamówienia: **Kardiomonitor – 1 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 5 kg	Tak, Podać	
2.	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt, służący do przenoszenia	Tak	
3.	Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywną matrycą TFT, o przekątnej ekranu min. 12"	Tak	
4.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe	Tak	
5.	Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora	Tak	
6.	Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 7 różnych krzywych dynamicznych.	Tak	
7.	Tryb podglądu OxyCRG	Tak	
8	Możliwość wyboru liczby oraz typu prezentowanych na ekranie krzywych dynamicznych	Tak	
9.	Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie –min. 10 parametrów.	Tak	
10	Tryb podglądu na ekranie powiększonych wartości numerycznych w raz z krzywą EKG	Tak	
11	Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitoringu.	Tak	
12	Możliwość wydruku krzywych dynamicznych, trendów i tabel.	Tak	
13	Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów.	Tak	
14	Pamięć min. 720 s wszystkich krzywych dynamicznych	Tak	
15	Pamięć min. 96 godzin trendów tabelarycznych i graficznych	Tak	
16	Pamięć min. 300 pomiarów NIBP	Tak	
17	Przenoszenia danych poprzez pamięć USB	Tak	

18	Pomiar i monitorowanie następujących parametrów: a) EKG; b) Respiracja; c) Saturacja (Spo2); d) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną e) Temperatura	Tak	
19	Monitorowanie pacjentów w różnych grupach wiekowych niemowlęta /dzieci/ pacjenci dorośli	Tak	
20	Funkcja kalkulacja leków	Tak	
21	Funkcja przywołania pielęgniarki	Tak	
ALARMY			
22	Alarmy akustyczne i wizualne	Tak	
23	Prezentacja na ekranie granic alarmowych mierzonych parametrów	Tak	
24	Alarmy techniczne i fizjologiczne	Tak	
25	Min 3 poziomowy system alarmów	Tak	
26	Możliwość włączenia automatycznego wydruku w stanie alarmowym	Tak	
27	Zmiana granic alarmowych w zależności od grupy wiekowej pacjenta	Tak	
28	Możliwość zmiany granic alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów.	Tak	
MONITOROWANIE EKG			
29	Prezentacja na ekranie min. 2 kanałów EKG	Tak	
30	Tryb podglądu 7 odprowadzeń EKG	Tak	
31	Zakres częstości rytmu serca: minimum 15 ÷350 bpm.	Tak	
32	Możliwość stosowania kabla 3 lub 5 odprowadzeniowego	Tak	
33	Co najmniej 4 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.	Tak	
34	Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.	Tak	
35	Możliwość wyboru czułość co najmniej 7 poziomów w tym jeden auto	Tak	
36	Pomiar ST	Tak	
37	Sygnalizacja braku połączenia elektrod.	Tak	
38	Analiza arytmii	Tak	
39	Prezentacja liczby pobudzeń komorowych na minutę	Tak	
MONITOROWANIE RESPIRACJI			
40	Impedencyjna metoda pomiaru.	Tak	
41	Zakres pomiaru: minimum 0÷150 oddechów/min.	Tak	
42	Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s	Tak	

MONITOROWANIE SATURACJI			
44	Pomiar saturacji w technologii „Nellcor”	Tak	
45	Zakres pomiaru saturacji: 1÷100%	Tak	
46	Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min.	Tak	
47	Możliwość stosowania czujników wielorazowego i jednorazowego użytku.	Tak	
48	Funkcja zmiany tonu przy zmianie SPO2 (Pitch tone)	Tak	
MONITOROWANIE CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP).			
50	Oscylometryczna metoda pomiaru.	Tak	
51	Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 10÷270 mmHg.	Tak	
52	Automatyczny i ręczny tryb pomiaru	Tak	
53	Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut.	Tak	
MONITOROWANIE TEMPERATURY			
54	Minimum 2 kanały pomiaru temperatury	Tak	
55	Zakres pomiarowy: co najmniej 0÷50°C.	Tak	
56	Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1°C.	Tak	
KOMUNIKACJA			
57	Port USB	Tak	
58	Wyjście sieciowe RJ45	Tak	
59	Wyjście przyzywania personelu	Tak	
WYPOSAŻENIE			
60	Kabel do podłączenia elektrod 5 odprowadzeń - 1 kpl	Tak	
61	Czujnik SpO2 wielorazowy dla dzieci i dorosłych - 1 szt.	Tak, podać	
62	Czujnik SpO2 wielorazowy dla niemowląt i dzieci do 30 kg - 1 szt.	Tak, podać	
63	Czujnik temperatury - 1 szt.	Tak	
64	Bateria Li-ion - 1 kpl	Tak	
65	Kabel zasilający - 1 szt.	Tak	
GWARANCJA/SERWIS			
66	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji	Tak	
67	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy na koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy)	Tak	
68	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Tak, podać	

69	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy 48 godz. w dni robocze	Tak	
70	Czas na usunięcie awarii nie więcej niż 48 godz. w dni robocze	Tak	
71	Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis.	Tak, podać	

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do specyfikacji

OFERTA

Nazwa Oferenta.....

Siedziba Oferenta.....

Telefon/Fax

NIP:..... REGON:.....

E-mail

W związku postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni”**. składamy naszą ofertę:

Lp.	Nazwa	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	PAKIET NR 1			
2.	PAKIET NR 2			
3	PAKIET NR 3			
4	PAKIET NR 4			
5	PAKIET NR 5			
6	PAKIET NR 6			
7	PAKIET NR 7			
RAZEM				

Ustalamy łączną wartość przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy na kwotę

netto: PLN (słownie.....)

brutto: PLN (słownie.....)

1. Określamy następujące warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty otrzymania rachunku, faktury na warunkach zgodnych z załączonym do SIWZ i wzorem umowy.
2. Oświadczamy, że:
 - Zapoznaliśmy się szczegółowo ze SIWZ, przyjmujemy określone w niej warunki i nie wnosimy zastrzeżeń.
 - Spełniamy warunki określone w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych
 - Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 tejże ustawy.
 - Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

1) informacje techniczne: telPan/i

.....

2) informacje finansowe: telPan/i

.....

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)

Nasza oferta zawiera kolejno ponumerowanych stronach.

Dnia

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

Ja _____

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni

w imieniu _____

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

(miejscowość i data)

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

**OŚWIADCZENIE
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni

Ja _____

w imieniu _____

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

(miejsowość i data)

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 6 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

W trybie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

(imię i nazwisko):

zamieszkały.....

reprezentując firmę (nazwa firmy):

.....

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy **oświadczam, że:**

powierzę/*nie powierzę części zamówienia Podwykonawcy.

Zakres Podwykonawstwa *

.....

.....

Czas trwania Podwykonawstwa*

.....

.....

*** właściwe podkreślić**

(miejscowość i data)

podpisy osób wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 7 do specyfikacji

**Oświadczenie
o spełnianiu przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego**

Przystępując do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni

(imię i nazwisko):

zamieszkały.....

reprezentując firmę (nazwa firmy):

.....

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy **oświadczam, że:**

przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczające do stosowania zgodnie obowiązującymi z przepisami.

Do składanej oferty dołączam dokumenty potwierdzające, że oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

1.
2.
3.

.....
miejsowość, data

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

INFORMACJA
dotycząca braku przynależności do grupy kapitałowej

Ja _____

w imieniu _____

Nazwa Wykonawcy:

Ulica: kod i miejscowość:

Powiat:województwo:

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni

Na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oświadczam, iż:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

.....
data i podpis osoby/osób upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzającej
brak przynależności do grupy kapitałowej

****W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, nie składa niniejszej informacji, natomiast zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie.***

Załącznik nr 8 do specyfikacji (projekt do Pakietu nr 1)

Umowa dostawy Nr MSZ/...../2013

Zawarta w dniupomędzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa

NIP: 949-17-63-544

REGON: 151586247

KRS: 0000026830

reprezentowanym przez:

Dyrektora

Wojciecha Koniecznego

zwany dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
.....
NIP:

REGON:

KRS:

reprezentowanym przez:

.....
.....
zwany dalej „**WYKONAWCĄ**”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr..... z dnia2013 r.

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi:

- 1) Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni”.
Pakiet Nr 1 Sterylizator parowy, myjka ultradźwiękowa, wózek do transportu materiałów do sterylizacji 1 kpl- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
 - 2) zainstalowanie, uruchomienie sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia
 - 3) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt objęty przedmiotem zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres **6 tygodni** tj. od dnia do dniar.
2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania.
3. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego lub jego likwidacji, zastrzega on sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z podanymi cenami i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonany odbiór techniczny sterylizatora przez inspektora UDT.
4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w łącznej kwocie netto**PLN**, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto**PLN**, (słownie:.....).
6. Zmiana cen brutto może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT.

§ 4

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
 - 1) dostarczenia sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt i ryzyko do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,
 - 2) powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy z 2 - dniowym wyprzedzeniem,
 - 3) demontażu istniejącego sterylizatora i przekazanie go zamawiającemu
 - 4) przygotowanie miejsca pod montaż i wykonanie montażu nowego sterylizatora wraz z podłączeniem mediów,
 - 5) uzgodnienie dokumentacji technicznej z UDT wraz z odbiorem sterylizatora przez UDT,
 - 6) wykonania uzupełniających prac budowlanych wynikających z demontażu i montażu sterylizatora,
 - 7) przekazania instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim wraz ze skróconą instrukcją obsługi sterylizatora oraz karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową,
 - 8) udzielenia na dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia **miesięcznej** gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
 - 9) dostarczenia i założenia paszportów technicznych na dostarczony i uruchomiony sprzęt medyczny.
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw i montażu jest Kierownik Działu Technicznego.
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:
 - 1) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - 2) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania (dla których jest to wymagane) lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - 3) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii niż ten, który figuruje w dokumentach dostawy.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu do:
 - 1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,
 - 2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tych wad.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 5 odbywać się będzie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy.
2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT.
3. W przypadku przedstawiania przez Wykonawcę nieczytelnej lub wystawionej niezgodnie z przepisami o rachunkowości faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia jej przyjęcia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
6. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. od 1 do 3 umowy zostanie zwrócona przez Zamawiającego, jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do zapłaty należności.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy:
 - 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkującą sukcesją generalną
 - 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ.
 - 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.

Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem

§ 9

1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c, ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
3. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej osoba trzecia. Kara umowna płatna będzie w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

Załącznik nr 8 A do specyfikacji (projekt do Pakietu nr 2-7)

Umowa dostawy Nr MSZ/...../2013

Zawarta w dniupomędzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespólnym z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa

NIP: 949-17-63-544

REGON: 151586247

KRS: 0000026830

reprezentowanym przez:

Dyrektora

Wojciecha Koniecznego

zwany dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
.....
NIP:

REGON:

KRS:

reprezentowanym przez:

.....
.....
zwany dalej „**WYKONAWCĄ**”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr..... z dnia2013 r.

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi:

- 1) Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie – I część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przyszpitalnych”.
Pakiet Nr zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
- 2) zainstalowanie, uruchomienie sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia
- 3) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowany sprzęt objęty przedmiotem zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres **do 6 tygodni** tj. od dniado dniar.
2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania.
3. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego lub jego likwidacji, zastrzega on sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z podanymi cenami i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w łącznej kwocie netto**PLN**, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto**PLN**, (słownie:.....).
5. Zmiana cen brutto może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT.

§ 4

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
 - 1) dostarczenia sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt i ryzyko do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,
 - 2) powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy z 2 - dniowym wyprzedzeniem,
 - 3) przekazania instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową,
 - 4) udzielenia na dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia
miesięcznej gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
 - 5) dostarczenia i założeń paszportów technicznych na dostarczony i uruchomiony sprzęt medyczny.
2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Działu Logistyki.
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:
 - 1) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - 2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania (dla których jest to wymagane) lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - 3) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii niż ten, który figuruje w dokumentach dostawy.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
7. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu do:
 - 1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,
 - 2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tych wad.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 4 odbywać się będzie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy.
2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT.
3. W przypadku przedstawiania przez Wykonawcę nieczytelnej lub wystawionej niezgodnie z przepisami o rachunkowości faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia jej przyjęcia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
6. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. od 1 do 3 umowy zostanie zwrócona przez Zamawiającego, jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do zapłaty należności.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy:
 - 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkującą sukcesją generalną
 - 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ.
 - 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
2. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem

§ 9

1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c, ani

jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

3. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej osoba trzecia. Kara umowna płatna będzie w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

Załącznik nr 10 do Specyfikacji

pieczęć adresowa Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
(Oświadczenie Wykonawcy)**

NAZWA WYKONAWCY

ADRES

.....

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały/są przez nas wykonane/wykonywane niżej wymienione dostawy (co najmniej dwie dostawy), odpowiadająca przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości (każda) na kwotę nie mniejszą niżzł brutto

Przedmiot dostawy	Początek realizacji od	Koniec realizacji do	Nazwa, adres Zamawiającego	Wartość zrealizowanego zamówienia	Dokument potwierdzający* Str. Nr

....., dnia 2013 r.

.....
pieczęćka i podpis upoważnionej osoby (osób)
do reprezentowania Wykonawcy