

Częstochowa dnia 05.11.2013 r.

MZS.ZP.3411/32/13

**Do wiadomości:**  
**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie – III część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przychodni ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.10.2013 r. pod numerem 434712-2013.**

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. nr 150 poz. 907 z póź. zmian) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

**Pytanie Nr 1 - Pakiet Nr 2 – Łóżko szpitalne – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm ?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżko siatką stalową o parametrach żądanych przez Zamawiającego, ale odejmowaną od segmentów leża?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający dopuści łóżko półką na pościel wysuwaną na prowadnicach suwnych? Parametr jest lepszy od żądanego, gdyż półka nie wysuwa się samoistnie podczas ruchów łóżkiem.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej wraz z rączkami do prowadzenia szafki 930 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową szerokości 440 mm?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 11**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych? Parametr jest lepszy od żądanego, gdyż szuflada nie wysuwa się samoistnie podczas ruchów szafką.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 13**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką dolną do odkładania obuwia wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym nie wyprofilowaną? Półka jest zabezpieczona przed wypadaniem przedmiotów.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 14 - Dotyczy pakietu nr 9 – łóżko szpitalne – łóżko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Wymaganie to nie jest konieczne dla prawidłowego użytkowania i nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjentów, gdyż za wyjątkiem transportu przez cały czas jest podłączone do sieci.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone we wbudowany akumulator bez wskaźnika stanu jego naładowania? Proponowane rozwiązanie gwarantuje pracę łóżka po zaniku zasilania, co jest wystarczającym rozwiązaniem dla zapewnienia ciągłości używania sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości zewnętrznej 970mm? Oferowana wielkość różni się od wymaganej zaledwie o 1cm, co nie jest odczuwalne w praktyce użytkowej, ponadto jest to szerokość dostosowana dla zapewnienia komfortu pacjentów o różnych gabarytach.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach niecylicydrycznych? Zastosowany kształt kolumn zapobiega ich uszkodzeniu na skutek działających sił przy nierównomiernym rozłożeniu obciążenia oraz chroni siłowniki przed działaniem wody i pyłu, wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarasków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz pełny dostęp ramienia C.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w wyjmowane szczyty i dzielone bariery boczne wykonane z wysokiej jakości tworzywa – polipropylenu z kolorowymi wklejkami w kolorze niebieskim? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gwarantuje długi okres użytkowy łóżka oraz jego estetyczny wygląd.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko sterowane przy pomocy panelu sterowniczego dla personelu medycznego z możliwością jego zawieszenie na dolnym szczyście łożka oraz sterowników wbudowanych w górne bariery boczne zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej? Proponowane rozwiązanie doskonale sprawdza się w praktyce, gdyż umożliwia uzyskanie wymaganych regulacji łożka zarówno przez personel jak i pacjenta.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 420 do 820mm? Oferowany parametr wysokości minimalnej jest wystarczający dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża przez pacjentów o niższym wzroście, natomiast parametr wysokości maksymalnej jest korzystniejszy i zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o wyższym wzroście.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 0-40°? Oferowany zakres jest wystarczający dla odpowiedniego ułożenia pacjenta i nie ma potrzeby by realizowany był na wyższym poziomie.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 22**

Czy z uwagi na brak pilota Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją funkcji autokontur przy pomocy panelu sterowania dla personelu oraz sterowników wbudowanych w bariery boczne? Oferowane rozwiązanie pod względem użytkowym jest tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez przycisku bezpieczeństwa STOP umożliwiającego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 24 – Pakiet nr 4 Ssak elektryczny**

**Pozycja 2 –** Czy Zamawiający dopuści ssak z przepływem do 35l/min?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 25**

**Pozycja 11 –** Czy Zamawiający dopuści do przetargu przenośny ssak elektryczny o wadze nie przekraczającej 6 kg. Zaproponowana waga nie odbiega znacząco od oczekiwanej przez oferenta, w przypadku montażu ssaka na wózku nie ma znaczenia dla obsługi. Jednocześnie pozwoli zaproponować ssak o bardzo wytrzymałej konstrukcji i dużej niezawodności.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 26 - Pakiet nr 9 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łożko szpitalne** z leżem 4-sekcyjnym, opartym na nowoczesnej konstrukcji przegubowej? Takie rozwiązanie zagwarantuje najlepsze właściwości użytkowe, zapewni łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami oraz zapewni najwyższą stabilność łożka, dzięki szeroko rozstawionym punktom podparcia. Różnica w konstrukcjach wynika jedynie z rozwiązań stosowanych przez poszczególnych producentów, a proponowana technologia nie pogorszy walorów funkcjonalno – użytkowych łożka.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 27**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** wyposażone w barierki dzielone z aluminium i wysokiej jakości tworzyw sztucznych, poruszające się wraz z segmentami leża? Oferowane rozwiązanie nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 28**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 390 mm do 810 mm? Oferowany dolny zakres (390 mm) różni się jedynie o 5 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast górny (810 mm) jest lepszy, niż oczekiwany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 29**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** posiadające regulację elektryczną części nożnej: uda w zakresie 0° – 35° oraz podudzia 0° – 20°? Oferowane zakresy regulacji będą wystarczające podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewnią wykorzystanie wszystkich funkcji stosowanych podczas opieki nad pacjentem.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 30**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** posiadające funkcję autoregresji o parametrze 10 cm, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? Będzie to parametr w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni 100% bezpieczeństwo pacjentom.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 31**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** z możliwością odłączenie wszelkich regulacji na panelu niezwłocznie po przerwaniu czynności regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Oferowany parametr spełnia te same funkcje co wskazane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 32**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** wyposażone w układ elektryczny bez konieczności stosowania przycisku bezpieczeństwa, zaprogramowany w sposób umożliwiający odłączenie wszystkich, lub poszczególnych funkcji przez personel medyczny w zależności od potrzeb, odcinający funkcje również w przypadku braku podłączenia do sieci, czyli pracy na akumulatorze, system odłączający wszystkie sterowania, tj. panel i pilot?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 33**

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko szpitalne** o konstrukcji w kolorze szarym z możliwością wyboru kolorystyki wypełnienia szczytów (min. 6 kolorów)? Proponowane rozwiązanie wynika z zastosowanych przez producenta wysokiej jakości materiałów (m.in. aluminium), które sprawia, że łóżko jest wykonane w oparciu o nowoczesny i estetyczny design.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 34 - Pakiet nr 1 obejmuje dostawę Respiratora transportowego - 1 szt.**

**Pakiet nr 1: Respirator transportowy**

Lp.25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ ASB w zakresie od 10% do 70%?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 35**

Lp.26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przepływowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 1 – 20 l/min?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 36**

Lp.31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z graficzną prezentacją ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu oraz dwóch pętli oddechowych ciśnienie/objętość, przepływ/objętość z możliwością wyświetlania jednocześnie 3 krzywych lub dwóch pętli jednocześnie na ekranie?

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 37 - Dotyczy: punkt V SIWZ, § 2 ust. 1 umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni?

**Odpowiedź: W związku z koniecznością rozliczenia dotacji w 2013 r. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji, jednak ostatecznym terminem dokonania dostawy i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego musi być dzień 23 grudnia 2013 r.**

**Zamawiający wprowadza zmianę w paragrafie 2 ust. 1 umowy „Umowa zostaje zawarta na okres od dnia..... do dnia 23.12.2013 r. oraz w paragrafie 5 ust. 1 „(...)najpóźniej w terminie do dnia 23.12.2013 r. (...)”**

**Pytanie Nr 38 - Dotyczy Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 3**

Czy w punkcie 106 tabeli nr 1 (aparat do znieczulania) oraz w punkcie 48 tabeli nr 2 (defibrylator) Zamawiający ma na myśli załączenie do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 39 - dotyczy SIWZ**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie czasu realizacji zamówienia dot. pakietu nr 1 do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, ze względu na proces produkcyjny?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37.**

**Pytanie Nr 40 - dotyczy SIWZ, załącznik nr 1, pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej respirator renomowanego producenta, którego zasilenie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu wystarcza na 4 godziny pracy, a z dodatkową baterią zewnętrzną na 10 godzin pracy?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 41 - dotyczy SIWZ, załącznik nr 1, pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej respirator renomowanego producenta z częstością oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie 1 do 80 na minutę?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 42 - dotyczy SIWZ, załącznik nr 1, pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej respirator renomowanego producenta o ciśnieniu wspomagania PSV/ASB w zakresie 3 – 60 cm H<sub>2</sub>O?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 43 - dotyczy SIWZ, załącznik nr 1, pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej respirator renomowanego producenta o zakresie czułości triggera przepływowego 1 – 30 l/m i zakresie ciśnienia triggera 0.2 – 10 cm H<sub>2</sub>O?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 44 - dotyczy SIWZ, załącznik nr 1, pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej respirator renomowanego producenta z graficzną prezentacją ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia 2 krzywych jednocześnie na ekranie?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 45 - dotyczy SIWZ, załącznik nr 1, pakiet nr 1**

Czy w razie konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy z zagranicy, Zamawiający wydłuży czas na usunięcie awarii do 5 dni roboczych?.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 46 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 3**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z mocowaniem strzykawki od przodu ?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 47 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 12**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z szybkością przepływu od 0,1- 1200 ml/h, programowaną z dokładnością 0,1 ml/h w zakresie 0,1- 1200 ml/h?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 48 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 23**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z wskaźnikiem graficznym narastającego ciśnienia okluzji ?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 49 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 25**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną zasilaną prądem stałym przez konwerter w zakresie 11- 30 VDC ?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 50 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 29**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki IP 22?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 51 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 30**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z funkcją blokady panelu w Menu urządzenia ?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 52 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 37**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną o masie 2,15 kg ?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 53 - Pakiet nr 5 Pompa Infuzyjna L.p. 39**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z alarmem zbliżającym się do końca infuzji, kiedy do zakończenia infuzji pozostało mniej niż 5 minut, a leku w strzykawce pozostało mniej niż 10% jej objętości ?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 54 - Dot. Pak.1 pkt. 55**

Czy poza opisanymi czynnościami serwisowymi, czyli kosztami usługi do ceny aparatu mają być również doliczone koszty części wymienianych w czasie przeglądów wymaganych przez producenta w okresie gwarancji ?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 55 - Dot. Pak.1 pkt.58**

Prosimy o zgodę w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy na czas usunięcia awarii do 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 56 - Paragraf 6 ustęp 1 pkt 2**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o skreślenie tego zapisu z umowy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 57 - Dotyczy POPMP IMFUZYJNYCH - punktu 3 parametrów**

Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną strzykawkowa posiadającą mocowanie od czoła pompy?.

Tego typu umiejscowienie strzykawki ma podstawową zaletę – strzykawka w dużo mniejszym stopniu narażona jest na bezpośrednie zalanie płynami infuzyjnymi. Ponadto tego typu pompy dają się „gęściej” upakować na stojaku, stąd większa wygoda przy ich obsłudze. Ponadto pompy takie mają możliwość pracy w stacjach dokujących.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 58 - Dotyczy punktu 29 parametrów**

Czy zamawiający dopuści pompę posiadającą pyłoszczelność i odporność na zalanie typu IP22 zgodnie z PN/EN 60601-1?

Obecnie po wprowadzenia zapisu o zaleceniu posiadania przez dreny dodatkowego zabezpieczenia (zaworu odcinającego), wszyscy producenci pomp stosują jedynie swoje dreny bez możliwości używania drenów innych firm.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 59 - Dotyczy punktu 37 parametrów**

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkowa z nieznacznie większą wagą od podanej a mianowicie 2,5 kg?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 60 - Pakiet 3**

**ad pkt. 5:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 640x480 pikseli?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 61**

**ad pkt. 13:** Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający 240 minut monitorowania lub 100 defibrylacji z maksymalną energią przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 4 godzin ?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 62**

**ad pkt. 14:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony we wskaźnik naładowania widoczny bezpośrednio na akumulatorze?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 63**

**ad pkt. 19:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearą (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 64**

**ad pkt. 23, 24:** Czy Zamawiający dopuści nieskoenergetyczny defibrylator dwufazowy marki ZOLL z czasem ładowania do pierwszego zalecanego poziomu energii defibrylacji do 5 sekund, przy czym czas ładowania do energii maksymalnej 200 J nie przekracza 7 sekund?. Różnica czasu ładowania nie ma żadnego znaczenia klinicznego, tym bardziej, że w proponowanym defibrylatorze marki ZOLL czas ładowania do pierwszego zalecanego przez producenta oraz wskazanego w Wytycznych 2010 dla fali dwufazowej ZOLL RLB poziomu energii defibrylacji 120 J wynosi max. 5 sekund, zaś do energii maksymalnej 7 sekund.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 65**

**ad pkt. 39:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator wyposażony w pamięć na zewnętrznych kartach typu Compact Flash umożliwiającą nieograniczony, ciągły zapis zdarzeń i raportów oraz transfer danych do komputera PC z możliwością ich przeglądania i wydruku?

Takie rozwiązanie zapewnia nieograniczoną archiwizację danych (raporty z interwencji, stany alarmowe, ciągły zapis EKG ...) z możliwością ich przeglądania, edycji i wydruku.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 66**

**ad pkt. 41:** Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w rejestrator termiczny na papier w formie składanki?

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 67**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji defibrylator z pakietu 3 i utworzenie osobnego pakietu?

Rozwiązanie takie znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział pakietu.**

**Pytanie Nr 68**

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnień klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnień klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: „*Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnień klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnień na minutę. ....Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO ..*”; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, [www.prc.krakow.pl](http://www.prc.krakow.pl). Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie Nr 69**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (Pakiet nr 2) o ramie wykonanej z kształtowników stalowych o wymiarach 5 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 70**

Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji (dot. Pakiet nr 2, 7, 8)?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 71**

Czy Zamawiający dopuści 72 godz. czas reakcji serwisu (dot. Pakiet nr 2)?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 72**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (Pakiet nr 7, 4 szt.) o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 200 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 73**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (Pakiet nr 7, 4 szt.) z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5 x 10 cm?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 74**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (Pakiet nr 8) z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5 x 10 cm?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 75**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (Pakiet nr 8) z Trendelenburgiem 12°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 76**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (Pakiet nr 8) o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 200 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 77**

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37.**

**Pytanie Nr 78 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie czasu realizacji zamówienia dot. pakietu nr 3 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, ze względu na proces produkcyjny?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37.**

**Pytanie Nr 79 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o wadze 200 kg?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 80 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez podgrzewanego modułu pacjenta?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 81 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z pochłaniaczem CO<sub>2</sub> o obudowie przeziernej i pojemności 900 ml?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 82 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o zakresie czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV 1 do 10 [l/min], regulacji PS w zakresie 2 – 39 hPa, zakresie PEEP 4 -20 mbar?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 83 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o możliwości wyłączenia alarmów pacjenta na 2 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 84 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez możliwości prezentacji krzywej objętości w drogach oddechowych oraz bez jednoczesnej prezentacji przepływ/ciśnienie?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 85 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z monitorem pacjenta z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym wystarczającym na 2 godz. pracy monitora?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 86 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta, którego waga razem z akumulatorami wynosi 9,8 kg?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 87 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta o zakresie częstości akcji serca 50 – 250 ud/min., respiracją metodą impedancyjną o częstości oddechu w zakresie 4 – 120/min oraz pulsoksymetrią o tętnie obwodowym w zakresie 30 – 250 ud/min?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 88 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta o nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia o zakresie 25 – 260 mmHg?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 89 - dotyczy SIWZ, pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta z metodą inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca, a zrezygnuje z metody nieinwazyjnej?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 90 - Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37.**

**Pytanie Nr 91 - Dotyczy: Pakiet nr 2**

**Łóżko szpitalne – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami 1060mm, który to parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na jego walory użytkowe?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 92**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardowych wymiarach leża 860x2000?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 93**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, składane na ramę leża, nie wystające poza obrys łóżka bez listwy odbojowej? Listy odbojowe w barierach w łóżku, które pragniemy Państwu zaoferować nie są konieczne, ponieważ najbardziej wysuniętym elementem w łóżku są krążki odbojowe, które w pełni zabezpieczają łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 94**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 95**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5x7cm, co jest parametrem nie wpływającym w żadnym stopniu na jego walory użytkowe?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 96**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone w półkę do odkładania pościeli?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 97**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego obciążenie maksymalne wynosi 170 kg?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 98**

Czy ze względu na pełną funkcjonalność łóżka, Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża o 10cm, zarówno od strony nóg jak i głowy, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w tego typu łóżkach?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również.**

**Pytanie Nr 99**

Czy Zamawiający dopuści materac posiadający Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, o wprowadzeniu do obrotu na terenie RP, które to dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, bez opinii laboratoryjnej, która nie jest dokumentem powszechnie wymaganym i producenci nie mają obowiązku wykonywania tychże opinii?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 100**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą dwóch przycisków ale przy użyciu jednej ręki, co jest parametrem dodatkowo wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ zwalnianie barierek odbywa się w pełnej świadomości?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 101**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach szerokość 515mm, wysokość 865 oraz głębokość 500mm? Podane wymiary nieznacznie odbiegają od oczekiwanych i w żadnym wypadku nie wpływają na funkcjonalność oferowanej przez nas szafki.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 102**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której blat wykonany jest wysokiej, jakości płyty dekoracyjnej Unilam, odpornej na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia zabezpieczony dodatkowo galeryjką zapobiegającą zsuwaniu się przedmiotów?.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 103**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której szuflady oraz drzwiczki wykonane są z wysoce odpornej na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia płyty dekoracyjnej typu Unilam?.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 104**

Czy Zamawiający dopuści dwustronną szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia zarówno z lewej jak i z prawej strony łóżka, wyposażoną w dodatkowy zintegrowany blat boczny, z regulacją wysokości i kąta pochylenia, składany do boku szafki, nie powiększający jej gabarytów, bez konieczności jego uciążliwego demontowania oraz przekładania?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 105**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości zamontowania w przyszłości blatu bocznego, ponieważ szafka, którą chcemy zaoferować już posiada blat boczny?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym.**

**Pytanie Nr 106**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której szuflady wysuwane są na prowadnicach ślizgowych, co jest parametrem trwalszym od oczekiwanego?.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 107**

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez miejsca pod szafką na kapcie lub buty, ponieważ funkcję tą pełni pudło szafki otwierane drzwiczkami?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 108**

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, niewyposażoną w haczyki, lecz w zintegrowany uchwyt do wieszania ręczników?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 109 - Dotyczy: Pakiet nr 7****Łóżko szpitalne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami 1060mm, który to parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na jego walory użytkowe?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 110**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardowych wymiarach leża 860x2000?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 111**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, składane na ramę leża, nie wystające poza obrys łóżka bez listwy odbojowej? Listy odbojowe w barierach w łóżku, które pragniemy Państwu zaoferować nie są konieczne, ponieważ najbardziej wysuniętym elementem w łóżku są krążki odbojowe, które w pełni zabezpieczają łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 112**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję? .

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 113**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5x7cm, co jest parametrem nie wpływającym w żadnym stopniu na jego walory użytkowe?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 114**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone w półkę do odkładania pościeli?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 115**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego obciążenie maksymalne wynosi 170 kg?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 116**

Czy ze względu na pełną funkcjonalność łóżka, Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża o 10cm, zarówno od strony nóg jak i głowy, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w tego typu łóżkach?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również.**

**Pytanie Nr 117**

Czy Zamawiający dopuści materac posiadający Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, o wprowadzeniu do obrotu na terenie RP, które to dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, bez opinii laboratoryjnej, która nie jest dokumentem powszechnie wymaganym i producenci nie mają obowiązku wykonywania takich opinii?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 118**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą dwóch przycisków, co jest parametrem dodatkowo wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ zwalnianie barierki odbywa się w pełnej świadomości?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 119**

**Łóżko szpitalne z leżem 4-segmentowym, sterowane elektrycznie – 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej o długości 2180mm, który to parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego oraz nie wpływa na jego walory użytkowe?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 120**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardowych wymiarach leża 860x2000?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 121**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 122**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi wygodnymi w dezynfekcji lamelami wykonanymi z tworzywa?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 123**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie korzystniejszym od oczekiwanego, tj. 75°?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 124**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 34°, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 125**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370 – 735mm?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 126**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 395 – 760mm?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 127**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi realizowanymi za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie łóżka od strony nóg, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny oraz za pomocą pilota przewodowego, pozwalającego na dokonywanie regulacji zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 128**

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy 125mm, z których dwa posiadają indywidualną blokadę jazdy i dodatkowo jedno koło posiadające blokadę kierunku jazdy na wprost, proponowane rozwiązanie całkowicie zabezpiecza łóżko przed przemieszczaniem, gdy jest zablokowane i znacząco poprawia mobilność ze względu na blokadę kierunku jazdy?.

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 129**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania osłony podwozia?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 130**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu roboczym na poziomie 185kg?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 131**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 132**

Czy ze względu na pełną funkcjonalność łóżka, Zamawiający wymaga funkcji ratunkowej, tj. Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, realizowanych elektrycznie tylko przy pomocy panelu centralnego przeznaczonego dla personelu medycznego? Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczną dla pacjenta, i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 133**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą dwóch przycisków, co jest parametrem dodatkowo wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ zwalnianie barierki odbywa się w pełnej świadomości?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 134**

Czy ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało funkcję Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również.**

**Pytanie Nr 135 - Dotyczy: Pakiet nr 8**

**Łóżko szpitalne z leżem 4-segmentowym, sterowane elektrycznie – 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej o długości 2180mm, który to parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego oraz nie wpływa na jego walory użytkowe?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 136**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o standardowych wymiarach leża 860x2000?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 137**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS, o wysokiej wytrzymałości wykonane z jednorodnego elementu, bez miejsc łączeń, co pozwala zminimalizować ryzyko powstania infekcji oraz ułatwia dezynfekcję?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 138**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi wygodnymi w dezynfekcji lamelami wykonanymi z tworzywa?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 139**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie korzystniejszym od oczekiwanego, tj. 75°?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 140**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 34°, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 141**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370 – 735mm?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 142**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 395 – 760mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 143**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi realizowanymi za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie łóżka od strony nóg, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny oraz za pomocą pilota przewodowego, pozwalającego na dokonywanie regulacji zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu? .

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 144**

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy 125mm, z których dwa posiadają indywidualną blokadę jazdy i dodatkowo jedno koło posiadające blokadę kierunku jazdy na wprost, proponowane rozwiązanie całkowicie zabezpiecza łóżko przed przemieszczaniem, gdy jest zablokowane i znacząco poprawia mobilność ze względu na blokadę kierunku jazdy?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 145**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania osłony podwozia?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 146**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu roboczym na poziomie 185kg?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 147**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 148**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą dwóch przycisków, co jest parametrem dodatkowo wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ zwalnianie barierki odbywa się w pełnej świadomości?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

#### **Pytanie Nr 149**

Czy ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało funkcję Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również.**

#### **Pytanie Nr 150**

Czy Zamawiający wymagając łóżka z funkcjami przechyłów wzdłużnych oczekuje, aby były one realizowane elektrycznie tylko przy pomocy panelu centralnego przeznaczonego dla personelu medycznego? Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczną dla pacjenta, i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie Nr 151 - Dotyczy: Pakiet 9**

**Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, sterowanie elektrycznie – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi realizowanymi za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie łóżka od strony nóg, pilota przewodowego oraz z paneli obustronnie wbudowanych w barierkach, co pozwala na regulacje funkcjami łóżka pacjentowi jak i personelowi medycznemu? .

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

#### **Pytanie Nr 152**

Czy Zamawiający dopuści łóżko w kolorystyce Austrian wallnut 3?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 153**

**Pakiet nr 8 – Łóżka szpitalne z leżem 4-segmentowym, sterowane elektrycznie 3 szt.**

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji ramy leża ze stopów aluminium, opartej na czterech kolumnach?.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko wykonane ze stopów aluminium, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm i szerokości całkowitej 990 mm, leże 2000x900 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka o konstrukcji ze stopu aluminium z wypełnieniem z laminatów?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści segmenty leża czterosekcyjne zbudowane z elementów tworzących system stymulacji pod wpływem ruchów ciała pacjenta, ułatwiającym równomierny rozkład ciężaru ciała pacjenta z działaniem przeciwoleżynowym?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 8- Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem, zasilanie elektryczne z sieci 230 V. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu sterującym umieszczonym w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją części uda w zakresie 0-45<sup>o</sup>?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z ręczną regulacją segmentu podudzia przez pociągnięcie lub naciśnięcie na szynę trzymającą materac?.

**Odpowiedź: NIE.**

Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie 0-12<sup>0</sup> sterowanie z panelu sterowniczego umieszczonego w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterującym umieszczonym w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg z możliwością blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka?

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 pojedyncze koła jezdne o średnicy 150 mm z blokadą centralną i kierunkową?

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osłony podwozia?

**Odpowiedź: NIE.**

Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne czterosekcyjne trzypołożeniowe składane i odchylane o 90<sup>0</sup> wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 90<sup>0</sup> jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów? Konstrukcja ramy leża ze stopu aluminium.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w potrójnie warstwowy materac o wymiarach 200x90x12 cm o różnym stopniu twardości, zamek błyskawiczny z jednej krótkiej i jednej długiej strony, możliwość dezynfekcji w temperaturze 105<sup>0</sup> C, pokrowiec zmywalny?

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w aluminiowe poręcze boczne czterosekcyjne trzypołożeniowe składane i odchylane o 90<sup>0</sup> wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 90<sup>0</sup> jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Poz. 25 – Czy Zamawiający zmieni zapis na: „W przypadku awarii wymagającej wymiany części Dostawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia faksem, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w ciągu 14 dni roboczych”

**Odpowiedź: NIE.**

Poz. 27 – Czy Zamawiający pod pojęciem certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE rozumie deklarację zgodności, a pod pojęciem wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 154 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie – 1 szt.**

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji ramy leża ze stopów aluminium, opartej na czterech kolumnach?.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko wykonane ze stopów aluminium, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w aluminiowe poręcze boczne czterosekcyjne trzypołożeniowe składane i odchylane o 90<sup>0</sup> wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 90<sup>0</sup> jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy pilota przewodowego oraz panelu sterującego umieszczonego w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 400-800 mm?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego umieszczonego w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 14 i 15 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie 0-12<sup>0</sup> sterowanie z panelu sterowniczego umieszczonego w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym umieszczonym w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją CPR z każdej pozycji do reanimacji - sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym umieszczonym w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 20- Czy Zamawiający dopuści łóżko z odłączeniem wszelkich regulacji z panelu sterowniczego po 120 sekundach nieużywania regulacji?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści łóżko bez specjalnego przycisku bezpieczeństwa STOP? Funkcje łóżka realizowane są przez przyciśnięcie i przytrzymanie wybranego przycisku a jego puszczenie automatycznie zatrzymuje działanie danej funkcji łóżka, więc dodatkowy przycisk STOP jest niepotrzebny.

**Odpowiedź: NIE.**

Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów? Konstrukcja ramy leża ze stopu aluminium.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w potrójnie warstwowy materac o wymiarach 200x90x12 cm o różnym stopniu twardości, zamek błyskawiczny z jednej krótkiej i jednej długiej strony, możliwość dezynfekcji w temperaturze 105<sup>0</sup> C, pokrowiec zmywalny?.

**Odpowiedź: TAK.**

Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w aluminiowe poręcze boczne czterosekcyjne trypołożeniowe składane i odchylane o 90<sup>0</sup> wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 90<sup>0</sup> jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Poz. 5 – Czy Zamawiający zmieni zapis na: „W przypadku awarii wymagającej wymiany części Dostawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia faksem, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w ciągu 14 dni roboczych”

**Odpowiedź: NIE.**

Poz. 7 – Czy Zamawiający pod pojęciem certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE rozumie deklarację zgodności, a pod pojęciem wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 155 - Dot. warunków SIWZ**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy łóżek do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 37.**

**Pytanie Nr 156**

Dot. Pakiet nr 2, punkt 2, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne o wymiarach zewnętrznych: Długość :2170, Szerokość całkowita łożka z barierkami: 960 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 157**

Dot. Pakiet nr 2, punkt 5, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne posiadające szczyty łożka ze stali nierdzewnej montowane na stałe, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości wymaganej przez Zamawiającego, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 158**

Dot. Pakiet nr 2, punkt 21, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę o szerokości: 460 mm i wysokość 880 mm, głębokość zgodnie z wymaganiami?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 159**

Dot. Pakiet nr 7, **Łóżko szpitalne 10 szt.**, punkt 2, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne o wymiarach zewnętrznych: Długość :2170, Szerokość całkowita łożka z barierkami: 960 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 160**

Dot. Pakiet nr 7, **Łóżko szpitalne 10 szt.**, punkt 5, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne posiadające szczyty łożka ze stali nierdzewnej montowane na stałe, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości wymaganej przez Zamawiającego, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 161**

Dot. Pakiet nr 7, **Łóżko szpitalne z leżem 4-segmentowym, sterowane elektrycznie**, punkt 2, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne o wymiarach zewnętrznych: Długość :2170, Szerokość całkowita łożka z barierkami: 960 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 162**

Dot. Pakiet nr 7, **Łóżko szpitalne z leżem 4-segmentowym, sterowane elektrycznie**, punkt 5, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne posiadające szczyty łożka ze stali nierdzewnej montowane na stałe, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości wymaganej przez Zamawiającego, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 163**

Dot. Pakiet nr 8, punkt 2, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne o wymiarach zewnętrznych: Długość :2170, Szerokość całkowita łożka z barierkami: 960 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 164**

Dot. Pakiet nr 2, punkt 5, tabela parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko szpitalne posiadające szczyty łożka ze stali nierdzewnej montowane na stałe, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości wymaganej przez Zamawiającego, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

### **Pytanie Nr 165**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1

Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

- a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy **której dotyczy zwłoka** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy, której dotyczy zwłoka.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 166**

Wnosimy o usunięcie zapisu w par 9 ust 1 „ Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania rozumieniu m. in. Przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 167**

Dotyczy przedmiot zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 5 Pompy Infuzyjne :**

#### **Pytanie 1. poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści pompę w której tłok strzykawki przy pełnym wysunięciu z korpusu wystaje nieznacznie poza obrys obudowy ?

**Odpowiedź: NIE.**

#### **Pytanie 2. poz.10**

Czy Zamawiający dopuści pompę w której funkcję prawidłowe mocowanie strzykawki jest realizowana przez zacisk mocujący strzykawkę oraz czujnik na popychaczu tłoka strzykawki?

**Odpowiedź: NIE.**

#### **Pytanie 3 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę z zakresem wyświetlanej objętości wynoszącym 0,1-9999, a więc większym niż oczekiwany?

**Odpowiedź: TAK.**

#### **Pytanie 4 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę charakteryzującą się możliwością programowania aż 6 poziomów okluzji w zakresie 30, 60, 90 kPa lub 40, 80, 120 kPa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 5 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w system sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej wzrostu poziomu ciśnienia w przewodzie infuzyjnym i strzykawce ponad zaprogramowany przez Użytkownika poziom i wyposażoną dodatkowo w system Anty-Bolus?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

#### **Pytanie 6 poz. 26**

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta producent nie przewiduje możliwości pracy przy całkowicie rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.

Czy Zamawiający dopuści pompę bez wskaźnika stanu naładowania w której ładowanie akumulatora następuje natychmiast po podłączeniu pompy do sieci co wskazuje lampka procesu ładowania , bez możliwości pracy przy rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorze? .

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści pompę blokowaną za pomocą dwóch klawiszy funkcyjnych, ale wyposażoną dodatkowo w możliwość blokady panelu hasłem, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka użycia jej przez osoby do tego niepowołane?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 poz.33**

Czy Zamawiający dopuści pompę bez licznika całkowitego czasu pracy jeśli producent określa terminy okresowych przeglądów serwisowych – patrz wymóg pkt. 13 warunków gwarancji i serwisu SIWZ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 9 poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 2,6 kg, a więc jedynie nieznacznie przekraczającej wymagania techniczne zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie 10 poz. poz. 39**

Czy Zamawiający dopuści pompę w której alarm zbliżającego się końca infuzji jest ustalany przez pompę automatycznie i wynika z algorytmu wielkości strzykawki , prędkości podaży oraz objętości pozostałej do podania w zawiera się w zakresie 2- 5 minut?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie 11 poz. 41**

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w dualny, wizualno-akustyczny system sygnalizacji alarmu okluzji bez monitorowania narastania okluzji?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 168**

**Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy – załącznik nr 8A:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę Rozdziału III siwz pkt. 6 na: „Wykonawca ma obowiązek **do dostawy** każdego zaferowanego sprzętu dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 169**

W związku z tym, iż wymóg przygotowania adaptacyjnego pomieszczenia nie jest wskazany w żadnym opisie technicznym żadnego z pakietów, prosimy o wykreślenie z Rozdziału III pkt. 11.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis treści Rozdziału III pkt 11 (...)” i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia .....**

**Pytanie Nr 170**

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 2 ust. 3 projektu umowy na: „*W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego lub jego likwidacji, Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego roszczeń z tego tytułu, jako że przysługuje mu wynagrodzenie za faktycznie wykonany przedmiot umowy oraz za udokumentowane koszty jakie już poniósł Wykonawca w związku z przygotowaniem planowanych dostaw, zamówieniem materiałów i urządzeń.*”

Powyższa zmiana jest kluczowa z punktu widzenia Wykonawcy i podwykonawców, jako że obecna wersja zapisu przenosi całkowicie wskazane ryzyka leżące po stronie Zamawiającego na Wykonawcę. Żaden Wykonawca nie może założyć sytuacji, w której z przyczyn, na które nie ma żadnego wpływu poniesie szkodę niewkalkulowaną w cenę oferty. Ryzyko, które się wiąże z powyższym zapisem w wersji niezmienionej jest rażąco wysokie, nie da się go przewidzieć i uwzględnić w cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 171**

W związku z tym, iż na etapie przygotowywania dostawy sprzęt jest sprawdzany i konfigurowany w siedzibie Wykonawcy a następnie pakowany w opakowanie Wykonawcy i wysyłany do Zamawiającego prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie przedmiotu

umowy w swoich opakowaniach oznaczonych logo, zamiast opakowań producenta (§ 3 ust. 3 projektu umowy)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 172**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto przedmiotu umowy a cena netto pozostanie bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 173**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 4 ust.3 pkt. 1. Punkt ten byłby zasadny gdyby przedmiotem dostawy był sprzęt jednorazowego użytku. W przypadku aparatury każdy z elementów urządzenia jest sprawdzany jeszcze przed dostawą do klienta aby uniknąć sytuacji, że jakkolwiek element nie pasuje bądź jest niesprawny. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. zapisu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 174**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 175**

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację § 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 projektu umowy na:

- 1) „za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki,
- 2) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 0,5% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 176**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do § 7 ust. 1 a następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, innych niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

Naliczanie (jak ma to miejsce obecnie ) kary za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w tym nawet z przyczyn od niego niezależnych, stanowi istotne obniżenie pozycji Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 177**

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 178 - Pakiet nr 2**

**Łóżko szpitalne – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję wykonaną z kształtowników stalowych o wymiarach 5 x 3 cm? Oferowane rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość łóżka na obciążenia.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 179**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 180**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm?. W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 181**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?/

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 182**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcz boczne wyposażone w listwy odbojowe na jednym szczeblu?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 183**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 184**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki wykonanej z pręta o średnicy 4 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 185**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wzmocnioną ramą, których dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, która przy takiej konstrukcji łóżka jest elementem zbędnym?.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 186**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające podstawę jedną z kołami w których rdzeń osłonięty jest tworzywową osłoną?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 187**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli wystającą w niewielkim stopniu poza ramę leża jednak nie wykraczającą poza obrys całkowity łóżka?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 189 - Szafka przyłóżkowa – 12 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty HPL z możliwością wyboru koloru, odpornym na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 190**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez zapis „Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE” należy rozumieć deklarację zgodności ze znakiem CE?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 191**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez

podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 192 - Pakiet nr 7 - Łóżko szpitalne – 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 193**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 194**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 195**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcz boczne wyposażone w listwy odbojowe na jednym szczeblu?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 196**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 197**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty HPL o grubości 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 198**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki wykonanej z pręta o średnicy 4 mm?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 199**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wzmocnioną ramą, których dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, która przy takiej konstrukcji łóżka jest elementem zbędnym?

**Odpowiedź: TAK dla obciążenia 230 kg, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 200**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające podstawę jedną z kołami w których rdzeń osłonięty jest tworzywową osłoną?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 201**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli wystającą w niewielkim stopniu poza ramę leża jednak nie wykraczającą poza obrys całkowity łóżka?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 202**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez zapis „Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE” należy rozumieć deklarację zgodności ze znakiem CE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 203**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia

2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 204 - Łóżko szpitalne z leżem 4 – segmentowym, sterowane elektrycznie**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 205**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.**

**Pytanie Nr 206**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 207**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 208**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty HPL o grubości 6 mm?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 209**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki wykonanej z pręta o średnicy 4 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 210**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia oraz z segmentem siedziska wypełnionym metalowymi lakierowanymi kształtownikami?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 211**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości od podłoża w zakresie od 395 mm do 820 mm?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 212**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 213**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez zapis „Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE” należy rozumieć deklarację zgodności ze znakiem CE?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 214**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez

podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 215 - Pakiet nr 8**

**Łóżko szpitalne z leżem 4-segmentowym, sterowane elektrycznie 3 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 216**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 217**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 218**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 219**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty HPL o grubości 6 mm?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 220**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki wykonanej z pręta o średnicy 4 mm?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 221**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia oraz z segmentem siedziska wypełnionym metalowymi lakierowanymi kształtownikami?.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie Nr 222**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości od podłoża w zakresie od 395 mm do 820 mm?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 223**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją do pozycji Trendelenburga do 17 stopni oraz anti-Trendelenburga do 18 stopni?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 224**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka?.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie Nr 225**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez zapis „Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE” należy rozumieć deklarację zgodności ze znakiem CE?.

blokady jednocześnie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka?.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 226**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Odpowiedź: TAK.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców *biorących* udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Podpisał:  
Dyrektor  
Wojciech Konieczny**