

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
z siedzibą w Częstochowie
Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów
tel.34/ 370 21 25

Zapytanie Ofertowe

na: Dostawę endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału
Urazowo – Ortopedycznego z podziałem na VI pakietów

I. ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie

przy ul. Mirowskiej 15

NIP: 949 17 63 544

REGON: 151586247

KRS: 0000026830

Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów tel. 34/ 370 21 25

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego z podziałem na pakiety.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami został szczegółowo określony w załączniku nr 1 (na formularzu asortymentowo cenowym) do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wymagana gwarancja zgodnie z zapisami umowy 12 miesięcy.
4. W celu realizacji zamówienia i potwierdzenia iż przedmiot zamówienia spełnia wymagania Wykonawca złoży Zamawiającemu: foldery, ulotki lub katalogi zawierające opisy, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub inny ważny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie UE dla każdego rodzaju oferowanego asortymentu zgodnie z opisem Zamawiającego, wraz z informacją, którego zadania i której pozycji dokument dotyczy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne zadania tj. Wykonawca może złożyć ofertę na pojedynczy pakiet, w którym wypełnione muszą być wszystkie pozycje.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
 - Oferowane wyroby medyczne przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 876).
 - Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
 - Wykonawca na własny koszt i ryzyko winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach pakietu, przy zachowaniu cen poszczególnych elementów oraz wartości całego pakietu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres, na jaki została zawarta.
9. Umowa wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta niezależnie od wartości zrealizowanych dostaw, przy czym Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami niezrealizowanych dostaw.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.03.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Sekretariat Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Pawilon G, pokój nr 17 z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe Dostawa endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego do dnia 15.01.2018 r do godziny 10.00.
- 2 Otwarcie ofert nastąpi 15.01.2018 r. o godz. 10.30.
- 3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 6 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsm.czyst.pl w dniu **10.01.2018 r.**

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena -100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.zsm.czyst.pl w zakładce Przetargi / Zapytania ofertowe.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego Pani Karina Szewczyk pod numerem telefonu 34/370 21 03 oraz adresem email: kszewczyk@zsm.czyst.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

- formularz asortymentowo cenowy (VI pakietów),
- wzór Formularza Oferty,
- projekt umowy.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

10.01.2018 *Wojciech Konieczny*

Wojciech Konieczny

PAKIET I

1. Endoproteza biodrowa częściowa

Endoproteza połowicza (częściowa) stawu biodrowego (typu, AUSTIN-MOORE/THOMPSON) Standardowy trzpień typu AUSTIN-MORE wykonany ze stopu tytanowego oferowany w 19 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm (rozmiar, co 1 mm). Wąski trzpień typu AUSTIN-MOORE wykonany ze stopu tytanowego oferowany w 17 rozmiarach głowy o średnicy od 38 mm do 54 mm (rozmiar, co 1 mm).

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|----|---------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Endoproteza biodrowa częściowa | 4 | | | | ----- |
| | Elementy wchodzące w skład kompletu | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Razem: | | |

Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.

PAKIET II

1. Endoproteza całkowita stawu kolanowego

komplet (komponent udowy, piszczelowy oraz wkładka polietylenowa) Warunki techniczne: Komponent udowy, w wersji z zachowaniem więzadeł lub z tylną stabilizacją, posiada wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotację, wykonany jest ze stopu CoCr, anatomiczny: prawy, lewy i dostępny w 8 rozmiarach.

Taca piszczelowa tytanowa, również anatomiczna / lewa, prawa/ z systemem zatraskowym, dostępna w 8 rozmiarach.

Wkładka polietylenowa uniwersalna, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15 i 18 mm

Wkładka polietylenowa do tylnej stabilizacji, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15,18, 21 i 25 mm

W skład kompletu wchodzi: komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa.

Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o trzpienie i podkładki.

System oferuje również komponent udowy wykonany ze stopu cyrkonu (Zr Ni) przeznaczony dla młodszych pacjentów oraz dla pacjentów uczulonych na metale.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|-----|---|-----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Endoproteza całkowita stawu kolanowego | 11 | | | | ----- |
| | Elementy wchodzące w skład kompletu | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Razem: | | |

Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.

PAKIET III

1. Kapoplastyka stawu biodrowego w wersji cementowej lub bezcementowej

Warunki techniczne:

Proteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu): - stop CoCr, - stop CoCr typu „as cast”- zarówno głowa, jak i panewka po odlaniu nie są poddawane dodatkowym procesom termicznym, takim jak np. napylenie czystym tytanem głowa protezy osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowej, - min. 11 rozmiarów głowy (od 38 do 58 mm), panewka pressfit, min 12 rozmiarów (44 - 66 mm) o powierzchni pokrytej "grzybkami" będącymi częścią odlewu (integralne z korpusem) oraz HA, - opcja panewki stosowanej w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami o długości od 24 do 88 mm, - opcja głowy modularnej do trzpienia o konusie 12/14, w min 6 rozmiarach, każdy rozmiar z min 3 długościami szyjki (stosowana w razie konieczności rewizji głowy, pozwala pozostawić istniejącą panewkę),- opcja panewki pomostowej w min. 5 rozmiarach (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę)

- Opcja bezcementowa

– Kapoplastyka Bezcementowa

Proteza powierzchniowa odtwarzająca powierzchnie stawowe w przypadku znacznej martwicy głowy kości udowej, z trzpieniem zapobiegającym złamaniu szyjki głowy kości udowej

Szczegóły techniczne systemu:

- Trzpień szyjkowy typu press-fit, dla optymalnego osadzenia w szyjce głowy kości udowej, oraz dopasowania do rozmiaru głowy modularnej; karby antyrotacyjne dla optymalnej pierwotnej stabilizacji implantu w szyjce głowy kości udowej; 1/3 bliższa trzpienia porowata, pokryta HA dla poprawy osteointegracji implantu
- materiał Ti/Al.V
- głowy modularne dużej średnicy, w artykulacji Metal-Metal, o średnicach 38-58mm, konus 12/14, kompatybilne z trzpieniem protezy i panewką
- panewka w rozmiarach 44-66 mm, ze skokiem co 2mm,
- panewki dysplastyczne w rozmiarach 46-66mm
- kompatybilna z instrumentarium dla protezy powierzchniowej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|-----|--------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Kapoplastyka stawu biodrowego | 1 | | | | ----- |
| | Elementy wchodzące w skład kompletu | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Razem: | | |

Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych

PAKIET IV

1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Opis przedmiotu zamówienia:

Trzpień:

Trzpień tytanowy Ti6Al4V, prosty, stożkowy w trzech płaszczyznach, dostępny w 13 rozmiarach w skoku co 1 mm; o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset, bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny, natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem 12/14 o przekroju szyjki cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym) zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy antyrotacyjne –

Zamiennicze

Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napyłony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatyten na całej długości. W wersji

standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzana polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego.

Opcje panewkowe:

Panewka bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal – metal, ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – polietylen) napyłana czystym tytanem, w rozmiarach 40 – 66 mm –ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym systemem zatraskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta.

Wkładka panewkowa z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywną średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56mm lub wkładka ceramiczna do wyboru śródoperacyjnie – Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 i 32 mm lub ze stopu ZrNb o średnicy 28, 32 lub 36mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki lub głowa metalowa ze stopu CoCr przeznaczona do artykulacji metal – metal o progresywnej średnicy od 38 do 56mm lub głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnie.

Lub zamiennie

Panewka antyluksacyjna bezcementowa (opcjonalnie śródoperacyjnie możliwy wybór opcji cementowanej) – z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility – umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.

Kołki o długości 13 mm.

Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm

Wkładka polietylenowa – ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|-----|--|-----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 12 | | | | ----- |
| | Elementy wchodzące w skład kompletu | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Razem: | | |

Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych

PAKIET V

1. System płyt i kabli do zespołów złamań okołoprotezowych wielokrotnego zacisku- możliwość wielokrotnego, powtarzalnego zaciskania linki w zamku wbudowanym w płytce lub klemie linki.

Płytki

Linki

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|-----|---------------|----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Płytki | 1 | | | | |
| 2. | Linki | 1 | | | | |
| | | | | Razem: | | |

PAKIET VI

1. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z panewką antyluksacyjną

Warunki techniczne:

Modularny, dwuelementowy trzpień rewizyjny składający się z modułu dystalnego oraz modułu proksymalnego ze śrubą blokującą, wygięty anatomicznie do naturalnej krzywizny uda, kwadratowy w przekroju, posiadający na każdym rogu podwójne nacięcia optymalizujące kontakt trzpienia z korową warstwą kości, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w przynajmniej 12 rozmiarach.

W instrumentarium elastyczne rozwiertaki do kości udowej

Panewka bezcementowa antyluksacyjna w wersji bezcementowej i cementowanej – z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility – umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie.

Brzeg gładko polerowany.

Kołki o długości 13 mm.

Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm

Wkładka polietylenowa – ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|----|--|----------|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z panewką antyluksacyjną | 1 | | | | ----- |
| | Elementy wchodzące w skład kompletu | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Razem: | | |

Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych

.....
(dane Wykonawcy)

adres do korespondencji
nr telefonu
NIP: REGON:..... KRS:

Formularz Oferty

Ja/ My, niżej podpisany/i
działając w imieniu i na rzecz
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na
.....składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: netto PLN
brutto PLN (słownie:.....) w tym
VAT:..... (słownie:.....)
2. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji
na okres:
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania Ofertowego
udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie:
..... tel., e-mail.....
5. Oferta zawiera /nie zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym
w Zapytaniu Ofertowym.
8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część
oferty są:
1)
2)
3)

.....,dn.....

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

UMOWA nr MSZ 2018

zawarta w dniu..... w Częstochowie pomiędzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespólnym z siedzibą w Częstochowie przy
ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa

REGON: 151586247

NIP: 949 17 63 544

KRS: 0000026830

reprezentowanym przez:

Dyrektora Wojciecha Koniecznego

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....
.....
REGON:

NIP:

KRS:

reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*).

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi: **dostawa endoprotez i cementu kostnego (Pakiet Nr)** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu asortymentowo – cenowym.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem zamówienia posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie umowy zmian ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
4. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, jak też nie narusza postanowień niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach pakietu, przy zachowaniu cen poszczególnych elementów oraz wartości całego pakietu.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia..... r
2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania.

3. Umowa wygasa gdy została wyczerpana co do wartości.
4. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 6.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w łącznej kwocie netto..... **PLN**, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto **PLN**, (słownie:.....).
6. Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT.

§ 4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy nowego i kompletnego instrumentarium wraz z napędem motorowym i osprzętem właściwym do wykonywania zabiegów oraz zabezpieczenia pełnego asortymentu rozmiarów przedmiotu zamówienia (zgodnie z ilościami i zakresem podanym w formularzu asortymentowo – cenowym dotyczy pakietu nr 1).
3. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z użyczonym instrumentarium oraz napęd motorowy i osprzęt właściwy do wykonywania zabiegów.
4. Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni rozliczyć i odebrać instrumentarium oraz napęd motorowy i osprzęt właściwy do wykonywania zabiegów wraz z asortymentem wymienionym w paragrafie 4 ust. 2.
5. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie działania i obsługi dostarczonego asortymentu w ramach zakresu umowy bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wykonawcy instrumentarium oraz napęd motorowy i osprzęt właściwy do wykonywania zabiegów w stanie wynikającym z normalnego użytkowania przez czas obowiązywania umowy.
7. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb wykorzystywać będzie w okresie obowiązywania umowy dostarczony mu przedmiot umowy, każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę faksem, wskazując wykorzystane rozmiary.
8. Informacja ta stanowi zamówienie na dostarczenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, w terminie 2 dni roboczych od chwili powzięcia wiadomości Zamawiającemu przedmiotu zamówienia o identycznym rozmiarze jak wykorzystany.
9. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana do Magazynu w Szpitalu przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie w godz. od 7.30 do 14.30 w dni robocze.
10. Do chwili wykorzystania endoprotez przez Zamawiającego właścicielem ich pozostaje Wykonawca.
11. Wykonawca oświadcza, że zachowa poufność danych osobowych pacjenta w tym dokumentacji medycznej.
12. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostarczenia instrumentarium oraz zabezpieczenia pełnego asortymentu rozmiarów jest Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.
13. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów.
14. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:
 - a) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy.
 - b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - c) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego.
14. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad
15. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany do:
 - a) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,
 - b) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.
 - c) rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 5 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po otrzymaniu informacji o której mowa w § 4 ust. 7
2. Zamawiający wymaga aby na fakturze był umieszczony numer zamówienia umożliwiający identyfikację zużycia.
3. Wykonawcy należy się zapłata jedynie za faktycznie wykorzystany przez Zamawiającego asortyment.
4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia jej przyjęcia.

5. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym załączonym do niniejszej umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienie zgodnie z art.481 § 2 K.C.
8. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. 1- 5 umowy zostanie zwrócona przez Zamawiającego jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do zapłaty należności.

§ 6

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) Za opóźnienie w realizacji dostawy Zamawiający przekraczające 7 dni od dnia zlecenia, zamówienia może nałożyć karę w wysokości 2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części dostawy,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy:
 - a) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, skutkującą sukcesją generalną.
 - b) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ.
 - c) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności

i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy sposób określony trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
3. Naruszenie zakazu opisanego w ust. 1 i 2 powyżej, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej osoba trzecia.

§ 10

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
2. Zakres dostaw, które będą wykonywać podwykonawcy, zostały ustalone w ofercie. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy z podwykonawcami.
3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, ustalonego w § 3 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca zwróci się o zapłatę za prawidłowo wykonane dostawy bezpośrednio do Zamawiającego, a Zamawiający uzyska potwierdzenie braku uregulowania przedmiotowych należności przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega wówczas pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca
Zamawiający

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY

Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

Karina Szewczyk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Grażyna Harciarek

Mariusz Nocuń

RADCA PRAWNY

Główny Księgowy

Marta Zdzia Guzik

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Dariusz Kopczyński