



Częstochowa dnia 24.09.2019 r.

**Do wiadomości**  
**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1** do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

**„Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespólnym w Częstochowie” wraz z: Załącznikiem Nr 1 i 2.**

*Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej [www.zsm.czest.pl](http://www.zsm.czest.pl), SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie w dniu 20.09.2019 r.*

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 1.**

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeglądów technicznych sprzętu medycznego proszę o informację o urządzeniach z pakietów 1, 6, 7, 23 w których będzie konieczna wymiana akumulatorów, lub podanie terminów ostatnich wymian dla wyżej wymienionych pakietów.

Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów podczas wykonywania przeglądów technicznych. Konieczność wymiany akumulatorów zostanie stwierdzona po wykonaniu przeglądu technicznego danego urządzenia przez Wykonawcę. Wymiana akumulatorów będzie traktowana jako naprawa, na podstawie odrębnej oferty przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

*Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

**ZATWIERDZIŁ:**

**DYREKTOR**  
  
**Wojciech Konieczny**