

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Pakietu Nr 2

I. Wykaz agregatów próżniowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

a) Szpital przy ulicy Bony 1/3

- Agregat próżni centralnej SAMARAS MVCS 3x12 + 90V (Medical Vacuum Central Station); 3szt. pomp typ 12PBQ, - dla Oddz. Pediatryczny,
- Agregat próżni centralnej SAMARAS MVCS 3x21 + 270C (Medical Vacuum Central Station); pompy GP-21 – 3 szt. – dla Oddz. Geriatryczny,

II. Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego, konserwacji

- Sprawdzenie poprawności działania urządzeń,
- Sprawdzenie poprawności uzyskiwanych parametrów próżniowych,
- Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych w urządzeniach,
- Sprawdzenie elektrycznych połączeń w agregatach,
- Sprawdzenie poprawności pracy głównych sterowników agregatów próżniowych,
- Wymiana oleju w agregatach próżniowych,
- Wymiana filtrów oleju w agregatach,
- Wymiana filtrów bakteriobójczych w agregatach
- Utylizacja zużytych materiałów,
- Usunięcie drobnych usterek w urządzeniach/instalacji,
- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.