

Częstochowa 04.10.2022 r.

**Do wiadomości**

**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1** do Opisu przedmiotu zapytania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :

***„Zapytanie ofertowe na wykonanie usług przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespólnym w Częstochowie.”***

**Pytanie nr 1.**

**Dotyczy pakietu nr 6 - Defibrylator Lifepak, Defibrylator Welchallyn, Defibrylator Nihon Kohden**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. Nr 7 tj. Defibrylatora Cardioline TEC 5521K do osobnego pakietu bądź alternatywnie dopuści złożenie oferty częściowej wyłącznie na poz. 7 w danym pakiecie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści ofertę złożoną na urządzenie Defibrylator Cardioline TEC 5521K tworząc pakiet nr 21 o nazwie Defibrylator Cardioline TEC. W przypadku ofert złożonych przed publikacją odpowiedzi na pytania przez innych oferentów oferta na urządzenie Defibrylator Cardioline TEC 5521K które do tej pory znajdowało się w pakiecie nr 6 w poz. nr 7 będzie traktowana jako oferta złożona na osobny pakiet. Zmiana ta zostanie również naniesiona na formularz asortymentowo cenowy który w poprawionej formie trafi na stronę internetową pod postępowanie pn. ***„Zapytanie ofertowe na wykonanie usług przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespólnym w Częstochowie.”***

**Pytanie nr 2.**

**Dotyczy pakietu nr 6 - Defibrylator Lifepak, Defibrylator Welchallyn, Defibrylator Nihon Kohden**

Czy Zamawiający wymaga kalkulacji kosztów wymiany akumulatora w cenie złożonej oferty na defibrylator Cardiolife TEC 5521K? Zgodnie z wymogami producenta akumulator wymieniany jest w trakcie rocznego przeglądu technicznego w interwale 24-miesięcznym (raz na 2 lata).

**Odpowiedź:** W swojej ofercie wykonawca winien podać tylko koszt przeglądu urządzenia. W przypadku gdy zajdzie konieczność wymiany akumulatora informację taką Wykonawca jest zobowiązany podać od razu w momencie wykonywania przeglądu Zamawiającemu.

**Pytanie nr 3.**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**Dotyczy pakietu nr 8 - Respiratory**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. Nr 2 tj. respirator stacjonarny z osprzętem Elisa 600 do osobnego pakietu bądź alternatywnie dopuści złożenie oferty częściowej wyłącznie na poz. 2 w danym pakiecie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści ofertę złożoną na urządzenie Respirator stacjonarny ELISA 600 tworząc pakiet nr 22 o nazwie Respirator stacjonarny ELISA 600. W przypadku ofert złożonych przed publikacją odpowiedzi na pytania przez innych oferentów oferta na urządzenie Respirator stacjonarny z osprzętem Elisa 600 które do tej pory znajdowało się w pakiecie nr 8 w poz. nr 2 będzie traktowana jako oferta złożona na osobny pakiet. Zmiana ta zostanie również naniesiona na formularz asortymentowo cenowy który w poprawionej formie trafi na stronę internetową pod postępowanie pn. **„Zapytanie ofertowe na wykonanie usług przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.”**

#### **Pytanie nr 4.**

##### **Dotyczy pakietu nr 8 - Respiratory**

Czy Zamawiający w zakresie realizacji usługi przeglądu respiratora ELISA 600 prod. Löwenstein Medical GMBH zgodnie z §2 ust. 4g wzoru umowy wymaga kalkulacji kosztów wymiany zestawu przeglądowego zgodnie z zaleceniami producenta obejmującego:

- a. Wymiana silikonowych elementów panelu zastawek.
- b. Wymiana maty filtra wentylatora.
- c. Wymiana spieczony filtrów złącz śrubowych NIST przy O-ringach.
- d. Wymiana O-ringów złącz śrubowych NIST.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga kalkulacji kosztów wymiany części zamiennych. Wyceniona powinna zostać usługa wykonania przeglądu.

#### **Pytanie 5.**

##### **Dotyczy pakietów nr 6 (defibrylator Cardiolife TEC 5521K), 8 (respirator stacjonarny z osprzętem Elisa 600)**

Prosimy Zamawiającego o nałożenie na wykonawców składających ofertę w zakresie pakietu nr 6 poz. 7 oraz pakietu nr 8 poz. 2 obowiązku załączenia do oferty aktualnego certyfikatu szkoleniowego wystawionego przez producenta potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu serwisowania w/w. urządzeń. Defibrylator Cardiolife TEC 5521K (prod. Nihon Kohden) oraz respirator stacjonarny z osprzętem Elisa 600 (prod. Löwenstein Medical) są to wysokiej klasy urządzenia medyczne ratujące życie. Firma Nihon Kohden oraz Löwenstein Medical warunkują gotowość eksploatacyjną oraz poprawność ich działania od właściwie prowadzonych przeglądów technicznych wykonywanych przez przeszkolonych przez siebie inżynierów serwisu stosujących wyłącznie oryginalne części zamienne.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. W niniejszym Zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga złożenia podpisanego oświadczenia będącego załącznikiem do niniejszego postępowania które należy traktować jako oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora  
Zastępcą Dyrektora  
ds. Ekonomiczno - Finansowych  
*Małgorzata Guzik*