

Częstochowa 03.02.2023 r.

**Do wiadomości**

**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1 do Opisu przedmiotu zapytania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :**

**„Zapytanie ofertowe na wykonanie usług napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”.**

**Pytanie nr 1.**

**Dotyczy pakietu nr 25 Voluson P6**

Czy głowice E8C-rs oraz 4C obrazują prawidłowo? Czy można prosić o wysłanie zdjęć/filmów obrazujących uszkodzenia?

**Odpowiedź:** Głowice w urządzeniu nie obrazują w sposób prawidłowy, w załączeniu zdjęcia w jaki sposób w chwili obecnej pracuje urządzenie.

**Dotyczy pakietu nr 25 Voluson P6**

**Pytanie nr 2.**

Czy aparat obsługuje także inne głowice poza uszkodzonymi i obrazują one prawidłowo?

**Odpowiedź:** Aparat posiada dwie głowice które są zamontowane na wejście SLOT. Sposób w jaki obrazują znajduje się na zdjęciach w załączeniu.

**Dotyczy pakietu nr 26 – Sparq**

**Pytanie nr 3.**

Skąd pochodzą zakłócenia dźwiękowe ?

**Odpowiedź:** Zakłócenia dźwiękowe pochodzą z okolic wentylatora.

**Dotyczy pakietu nr 26 Sparq**



**Pytanie nr 4**

Czy można poprosić o wysłanie krótkiego filmu wraz z dźwiękiem ilustrującego usterkę?

**Odpowiedź:** Z wstępnych oględzin okazuje się, że do wymiany w urządzeniu jest wentylator.


Kierownik  
Działu Technicznego  
  
Krzysztof Cierpiat

DYREKTOR  
  
Wojciech Konieczny




*Handwritten signature*





*Report 2022*



*Clay*