

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do Opisu przedmiotu zapytania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :

**„Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”
- z dnia 23.11.2023r.**

Pytanie nr 1

dot. załącznika nr 2 dla pakietu nr 16:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wymiany akumulatora przy przeglądzie technicznym? Taki zapis pozwoli wykonawcy na przygotowanie optymalnej i nie zawyżonej oferty na przegląd techniczny, ponieważ cena akumulatora znacząco podwyższa koszt takiej usługi. Wg zaleceń producenta tych urządzeń nie ma konieczności wymieniaania akumulatorów podczas każdego przeglądu technicznego, a jedynie w przypadku jego uszkodzenia/zużycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu wymiany akumulatora przy przeglądzie technicznym.

Pytanie nr 2

dot. załącznika nr 2 dla pakietu nr 16:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o rozważenie wydzielenia pozycji „akumulator” w tym pakiecie, a wtedy Zamawiający zapłaci za wymianę tych akumulatorów, które rzeczywiście będą tego wymagały. Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dot. wzoru umowy § 4 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną usługę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

dot. wzoru umowy §2 ust. 5.f)

Czy przez usuwanie drobnych usterek urządzenia Zamawiający rozumie drobne naprawy nie wymagające wymiany części/podzespołów?

Odpowiedź: Tak, nie dotyczy wymiany zestawów przeglądowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 5

dot. załącznika nr 2

Proszę potwierdzić, że w kolumnie „termin planowanego przeglądu” zapis „w ciągu 5 dni” oznacza, że usługa ma być wykonana w ciągu 5 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Czy ze względu na zakończony okres wsparcia Producenta dla respiratora Bennett 760, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie go z pakietu 51?

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania poszerzonego przeglądu technicznego w tym pakiecie. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie respiratora Bennett 760 z pakietu 51.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający wymaga aby wszyscy uczestnicy faktycznie posiadali niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia dedykowany sprzęt pomiarowy do urządzeń, wraz z aktualnymi certyfikatami, oraz niezbędne uprawnienia energetyczne SEP G1 i G2 E i D ?

Odpowiedź: Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Małgorzata Guzik

Pracownik
Działu Technicznego
Krzysztof Cierpiat

