



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa, dnia 15.11.2023 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie trokarów 5 mm, 11 mm 12mm.

Odpowiedź: **Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie grasperów z rękojeścią z blokadą.

Odpowiedź: **Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

DYREKTOR
[Signature]
Wojciech Koliński



Częstochowa, dnia 15.11.2023 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii noworodków w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami. Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu.

1 op. = 20 szt.; w trzech rozmiarach. Nie zawierającego lateksu i ftalanów. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem:

Pediatryczne (large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony

dla wcześniaków (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony

mikro (small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski

Odpowiedź: **Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści testy z możliwością wykonywania tylko z materiału pobranego z nosogardzieli?

Odpowiedź: **Tak, zamawiający dopuszcza testy z możliwością wykonywania z materiału pobranego z nosogardzieli z zachowaniem pozostałych parametrów.**

DYREKTOR
Wojciech Konieczny
Wojciech Konieczny