

Częstochowa 21.12.2023 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

**Wyjaśnienia nr 1 do Opisu przedmiotu zapytania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :**

**„Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”  
- z dnia 20.12.2023r.**

**Pytanie nr 1**

Dot. Pakiet 35:

W tabeli, w kolumnie „termin planowanego przeglądu” jest zapis „11.2023”. Aktualnie mamy koniec grudnia 2023 r. Proszę o potwierdzenie kiedy planują Państwo przeglądy respiratorów Trilogy EVO.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę, termin planowanego przeglądu powinien odbyć się w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy**

**Pytanie nr 2**

Dot. Pakiet 35:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy (zgodnie z zapisami pkt 6 , zał. nr 1)? Na czas przeglądu zapewniamy Trilogy Evo jako urządzenie zastępcze oraz pokrywamy koszty transportu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Zastępca Dyrektora  
Ekonomiczno - finansowych  
Margarzeta Guzik

Kierownik  
Działu Technicznego

Krzysztof Cierpiał

Lanil Gawron