



Częstochowa, dnia 20.05.2024 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawę wideogastroskopu dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Znak sprawy: MSZ/WZD/2024/16

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zapis „Typ konektora – dwugniazdowy” ?

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wszystkie endoskopy, kompatybilne z procesorem CV-170 jaki posiada Zamawiający, są tylko dwugniazdowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Dotyczy Załącznik [umowa-wideogastroskop-1-2024-05-17-12-52](#) ,

§ 4, punkt 4

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zapis „Czwarta naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu, daje Zamawiającemu prawo żądania wymiany sprzętu na nowy wolny od wad w terminie 30 dni od dnia poinformowania wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Dotyczy Załącznik [umowa-wideogastroskop-1-2024-05-17-12-52](#) ,

§ 4, punkt 5

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgadza się na zapis „W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów dotyczących gwarancji, jak również innych kosztów związanych z naprawą (w tym koszty dojazdu, koszty przesyłki itp.)”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Dotyczy Załącznik [umowa-wideogastroskop-1-2024-05-17-12-52](#) ,

§ 4, punkt 3

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu:

„Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki lub awarii przez zamawiającego i zakończenia jej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub awarii, a w przypadku wymiany części sprowadzanych spoza granic RP – nie później niż 12 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 5

Z uwagi na zadane pytania oraz czas potrzebny na przygotowanie prawidłowej oferty zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o min. 2 dni.

Odpowiedź: Z uwagi na zaistniałe okoliczności, Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Oferty należy składać w terminie do: 23.05.2024 r. do godziny 10, otwarcie ofert nastąpi 23.05.2024 r. o godzinie 10:30.

p.o. DYREKTOR