



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa, dnia 06.06.2024 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu wielorazowego użytku dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Pytanie nr 1

Czy osłona na tarcycę w pakiecie 1 ma być wykonana z gumy ołowiowej czy bezołowiowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gumy ołowiowej.

Pytanie nr 2

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści Wieszak o wymiarze podstawy 70x70cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dot. Wzór umowy § 6 ust. 1 pkt. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust.3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

dot. Wzór umowy § 4 ust. 7 pkt. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy w pakiecie 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularów o poniższych cechach
Okulary ochronne RTG

Posiadające ochronę boczną skroni. Ochrona przednia 0,75 mm ołowiu, ochrona boczna 0,5mm ołowiu, regulowane nakładki na nos, waga okularów 90g

Rozmiar soczewki: 53mm, szerokość mostka: 15mm, długość zausznika: 120 mm.

Do okularów dołączony jest: futerał, woreczek oraz miękka regulowana opaska.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 6

Czy w pakiecie 3 poz. 1,2,3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów typu garsonka o poniższych cechach

Dwuczęściowa garsonka ochronna składająca się z:

- kamizelka zapinana na tzw. zakładkę za pomocą odpowiednio rozmieszczonych taśm rzep. Element najścia się paneli przednich daje podwojony równoważnik bez ryzyka złego założenia przez użytkownika. Od strony wewnętrznej kamizelka posiada zamocowany elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy. Na barkach poduszki zwiększające komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. Tył kamizelki wydłużony, aby zachować ochronę podczas schylania.

- spódnica zapinana z boku na rzep a z zewnątrz za pomocą pasa biodrowego na rzep, podwójna ochrona nachodzących się paneli przednich.

Produkt zgodny z normą EN-61331-3:2014, EU 2016/425

Wykonany z lekkiego materiału bezołowiowego na bazie bizmutu i antymonu.

Ochrona przód min. 0,50 mmPb, tył min. 0,25 mmPb

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy w pakiecie 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka o poniższych cechach
Wieszak na fartuchy RTG, mobilny na statywie jezdnym. 12-ramienny (2 rzędy po 6 uchwyty), wykonany ze stali, malowanej proszkowo. Wyposażony w 4 koła bez blokady.

Wymiar podstawy: 60x65 cm, wys. 170 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy w pakiecie 2,3,4 Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia na 21 dni od daty jego złożenia ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Pakiet 1 Poz. 1 Informujemy, że obecne wymogi Środków Ochrony Indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 opierają się na normach IEC 61331-1: 2014 w zakresie określenia właściwości osłabienia promieniowania przez materiały oraz IEC 61331-3: 2014 w zakresie odzieży ochronnej, osłon oczu i osłon ochronnych. Prosimy o aktualizację zapisu wymaganych norm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 10

Pakiet 2 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie okularów o wymiarach Rozmiar soczewki: min. 53mm, szerokość mostka: min. 15mm, długość zausznika: min. 120 mm.



Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zachowaniem pozostałych parametrów.

p.o. DYREKTOR
Małgorzata Guzik