



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY**

I. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92  
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



**CERT**  
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI  
PN-EN ISO 9001:2015  
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06  
Certyfikat nr:  
1930/03/2022/ZSZ/C

Częstochowa, dnia 25.10.2024 r.

**Odpowiedzi do zapytania ofertowego na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”**

**Oznaczenie sprawy: SZIM/WZD/2024/29**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych,  
dla poz. 4 - FR 11 – długość 15 cm, 17,5 cm, 20 cm  
dla poz. 7 – FR 11 - długość 15 cm , 20 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 2**

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga ramion prostych.**


**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 4 i 7 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział pakietów.**

Kierownik  
Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów

  
Paulina Kofuzyk

Z upoważnienia Dyrektora  
Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno - Finansowych  
  
Małgorzata Guzik