



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

I. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa, dnia 04.12.2024 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na „ Zakup i dostawa noszy transportowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie wraz z montażem”
Oznaczenie sprawy: SZIM/WZD/2024/35

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za wydłużenie terminu realizacji do 45 dni od daty podpisania umowy?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 45 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 2

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga montażu noszy, uprzejmie proszę o podanie modelu i roku produkcji ambulansu oraz producenta zabudowy ambulansu, w którym ma być wykonany montaż noszy.

Model: Mercedes Vito, Rok produkcji : 2020, Producent zabudowy: Ambulans Polska Zabudowy Specjalistyczne Sp. z o.o.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z zapytaniem czy w ambulansie, w którym mają zostać zamontowane zaoferowane w postępowaniu nosze - wcześniej były już montowane jakieś inne nosze ?

Tak, w ambulansie są zamontowane nosze firmy Promeba PC-951.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż noszy w siedzibie serwisu, który mieści się około 80-90 km od siedziby Zamawiającego ? W przypadku wyrażenia zgody, Zamawiający będzie zobowiązany do przekazania ambulansu w celu zamontowania noszy do siedziby serwisu.

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż noszy w serwisie.

Pytanie nr 5

Czy Ambulans, w którym mają zostać zamontowane nosze jest wyposażony w lawetę do noszy?

Tak, ambulans jest wyposażony w lawetę do noszy.

Pytanie nr 6

Dotyczy zapisu umowy §4 ust. 9 : Wymiana części zużywalnych w ramach gwarancji - prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wymogu wymiany części zużywalnych - Zamawiający ma na myśli elementy niezbędne do wymiany podczas wykonywanego przeglądu serwisowego.

Tak, Zamawiający ma na myśli elementy niezbędne do wymiany podczas przeglądu serwisowego.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych - Finansowych

Małgorzata Guzik

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Zbigniew Szyszko